

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով Բոլոր հիմնական մետաղական մասերը պետք է պատրաստված լինեն չժանգոտվող պողպատից Ոչ պակաս քան 4 անիվների առկայություն Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն Ռենտգենյան ճառագայթների թափանցելիություն ամբողջ սեղանի երկարությամբ Սեղանի մակերեսի երկարությունը` ոչ պակաս քան 2100 մմ ± 100 մմ Սեղանի մակերեսի լայնությունը` ոչ պակաս քան 550 մմ ± 20 մմ Սեղանի |

նվազագույն բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 730 մմ ± 50 մմ Սեղանի առավելագույն բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 980 մմ ± 50 մմ Հորիզոնական և երկայնական շարժումն ոչ պակաս քան՝ 330 մմ ± 30 մմ Շարժումը (Backboard upwards/downwards)՝ ոչ պակաս քան 70°/10° Տրենդելենբուրգ՝ ոչ պակաս քան -25°/+25° Սեղանի թեքում (ձախ / աջ)՝ ոչ պակաս քան 15 աստիճան Գլխային հատվածի թեքում (Tilt)՝ ոչ պակաս քան 30° / 90° Ոտքերի հատվածի շարժումը (ներքև)՝ ոչ պակաս քան 90° Ոտքերի հատվածի թեքումը՝ ոչ պակաս քան 90° Երիկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս քան 110մմ Բեռնակրությունը՝ ոչ պակաս քան 250 կգ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրթոպեդիկ կցորդ, ՝ բոլոր տեսակի օրթոպեդիկ գործողությունների հետ աշխատելու համար + ունիվերսալ գործողություններ) և այլն:</p> <p>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 03 ЕЦДЦПР-2026/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |