

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 8 | Շարժական վերակ ենդանացման սեղան Նորածինների համար | Շարժական վերակ ենդանացման սեղան Նորածինների համար | Շարժական վերակ ենդանացման սեղան Նորածինների համար | Շարժական վերակ ենդանացման սեղան Նորածինների համար | Շարժական վերակենդանացման սեղան Նորածինների համար Նորածինների վերակենդանացում և ծննդաբերության ժամանակ Նորածինների անցումային աջակցություն. Բացի այդ, օգտագործվում է ծննդատան Նորածինների և ծանր հիվանդ Նորածինների համար ջերմային աջակցություն տրամադրելու համար, ովքեր մշտական բուժքույրական միջամտություն են պահանջում: Հիմքը պետք է հագեցված լինեն ոչ պակաս քան չորս հակաստատիկ պտտվող |

անիվներով և ոչ պակաս քան երկու արգելակվող անիվներով Հիմքը պետք է հագեցած լինի կողային բռնակով/ռելսով՝ հեշտ դիրքավորման համար Ինտեգրված հիմք և բռնակներ ոչ պակաս քան 2 x 10 լ թթվածնի բալոնների համար Կողային սեղանիկ և IV ձող՝ պարագաների և սարքավորումների տեղադրման համար: Պետք է հագեցած լինի ոչ պակաս քան մեկ ստորին դարակով Յուրաքանչյուր կողմից պետք է ունենա պաշտպանիչ բամպերներ Պետք է ունենա բարձրության կարգաբերում Պետք է ունենա ավտոմատ տաքացում Պետք է ունենա մաշկի ջերմաստիճանի միկրոպրոցեսորային կառավարման մոդուլ: Նախնական տաքացում՝ 33°C, շեղումը ոչ ավելի քան 10% Պետք է ունենա ձեռքով ջերմաստիճանի վերահսկման ռեժիմ Մակերեւութային հսկողության ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան միջակայքը՝ 30°C - 37°C միջակայքում, 0,1°C քայլերով. Մաշկի վերահսկման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ ոչ

պակաս քան 32°C - 37°C
միջակայքում, 0,1°C աստիճանով
Մաշկի և վերահսկման
ջերմաստիճանի ցուցադրման,
աշխատանքային ռեժիմի և
ջեռուցիչի հզորության ցուցիչների
առկայությունն Մահճակալի թերման
մեխանիզմ՝ ոչ պակաս քան 0-10^o
միջակայքում Պետք է ունենա ոչ
պակաս քան հինգ աուդիո-վիզուալ
ահագանգ Պետք է ունենա ծալովի
վահանակներ Պետք է ունենա
ռենտգենյան խցիկ՝ ինտեգրված
մանկական մահճակալի տակ Պետք
է ունենա միջամտությունների լամպ
Պետք է ունենա մեծ ներքևակ Պետք
է ունենա ոչ պակաս քան 5
ոյուլմանոց LCD էկրան՝ APGAR
ժամանակաչափով Պետք է ունենա
թթվածնի կենտրոնական
մատակարարման համակարգ Պետք
է ունենա թթվածնի հսկողություն
Պետք է ունենա բարձր հոսքի քթի
սարք թթվածին/օդ խառնիչի
առկայություն թթվածնային
հոսքաչափի առկայություն. հոսքի
միջակայքը ոչ պակաս քան 0 - 25
լ/րոպե Փոքր ծավալի կոնտուրային
խողովակի առկայություն Քթի

կաննուլաների առկայություն
(գումարած լրացուցիչ 10
պահեստային հավաքածու)
վաղաժամ և ժամանակին ծնված
երեխաների համար Էլեկտրոնային
խոնավացուցիչի առկայություն ջրի
տարայով և ջերմաստիճանի
կարգավորմամբ Էլեկտրոսնուցում
220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և
պարագաներ Տեղադրման և
փորձարկման աշխատանքներ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
մասնագետի կողմից Օգտագործման
ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն
կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է
լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ 1. ISO13485
կամ համարժեք 2. 93/42/EEC
դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր
անհրաժեշտ փորձարկումներն
անցած CE սերտիֆիկատ կամ
համարժեք MDR Regulation (EU)
2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր
անհրաժեշտ փորձարկումներն

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | | | | անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 8 | | | | | |