

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԲԻ ՍՊԸ-Ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	David Medical	David Medical	HKN-500AB	David Medical	Նորածինների վերակենդանացում և ծննդաբերության ժամանակ նորածինների անցումային աջակցություն. Բացի այդ, օգտագործվում է ծննդատան նորածինների և ծանր հիվանդ նորածինների համար ջերմային աջակցություն տրամադրելու համար, ովքեր մշտական բուժքույրական միջամտություն են պահանջում: Հիմքը պետք է հագեցված լինեն ոչ պակաս քան չորս հակաստատիկ պտտվող անիվներով և ոչ պակաս քան երկու արգելակվող անիվներով Հիմքը

					պետք է հագեցած լինի կողային բռնակով/ռելսով՝ հեշտ դիրքավորման համար Ինտեգրված հիմք և բռնակներ ոչ պակաս քան 2 x 10 լ թթվածնի բալոնների համար Կողային սեղանիկ և IV ձող՝ պարագաների և սարքավորումների տեղադրման համար: Պետք է հագեցած լինի ոչ պակաս քան մեկ ստորին դարակով Յուրաքանչյուր կողմից պետք է ունենա պաշտպանիչ բամպերներ Պետք է ունենա բարձրության կարգաբերում Պետք է ունենա ավտոմատ տաքացում Պետք է ունենա մաշկի ջերմաստիճանի միկրոպրոցեսորային կառավարման մոդուլ: Նախնական տաքացում՝ 33°C, շեղումը ոչ ավելի քան 10% Պետք է ունենա ձեռքով ջերմաստիճանի վերահսկման ռեժիմ Մակերեւութային հսկողության ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան միջակայքը՝ 30°C - 37°C միջակայքում, 0,1°C քայլերով. Մաշկի վերահսկման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան 32°C - 37°C միջակայքում, 0,1°C աստիճանով
--	--	--	--	--	---

					Մաշկի և վերահսկման ջերմաստիճանի ցուցադրման, աշխատանքային ռեժիմի և ջեռուցիչի հզորության ցուցիչների առկայություն Մահճակալի թերման մեխանիզմ՝ ոչ պակաս քան 0-10° միջակայքում Պետք է ունենա ոչ պակաս քան հինգ աուդիո-վիզուալ ահագանգ Պետք է ունենա ծալովի վահանակներ Պետք է ունենա ռենտգենյան խցիկ՝ ինտեգրված մանկական մահճակալի տակ Պետք է ունենա միջամտությունների լամպ Պետք է ունենա մեծ ներքնակ Պետք է ունենա ոչ պակաս քան 5 ոյուլմանոց LCD էկրան՝ APGAR ժամանակաչափով Պետք է ունենա թթվածնի կենտրոնական մատակարարման համակարգ Պետք է ունենա թթվածնի հսկողություն Պետք է ունենա բարձր հոսքի քթի սարք Թթվածին/օդ խառնիչի առկայություն Թթվածնային հոսքաչափի առկայություն. հոսքի միջակայքը ոչ պակաս քան 0 - 25 լ/րոպե Փոքր ծավալի կոնտուրային խողովակի առկայություն Զթի կանոնադրման առկայություն (գումարած լրացուցիչ 10
--	--	--	--	--	--

					պահեստային հավաքածու) վաղաժամ և ժամանակին ծնված երեխաների համար Էլեկտրոնային խոնավացուցիչի առկայություն ջրի տարայով և ջերմաստիճանի կարգավորմամբ Էլեկտրոսուղում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Би Ту Би ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					