

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Evermed	Evermed	MPR 130 W	Evermed	<p>Հատուկ կենսաբանական պատվաստանյութերի համար մշակված մասնագիտացված սառնարանային սարքավորում Ջերմաստիճանի վերահսկումը ոչ պակաս քան +2°C-ից +8°C տիրույթում Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 100 լիտր Դարակների քանակը՝ ոչ պակաս քան 2 Ավտոմատ դեֆրոստ տիպի Բարձր ճզգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային Էկրանով՝ ոչ ավելի քան 0,1 °C ճզգրտությամբ Թվային Էկրանը պետք է ցույց տա</p>

սառնարանի աշխատանքի վիճակը
Անվտանգ պահպանման համար
լսելի և տեսանելի ահազանգման
համակարգ Ռչ պակաս քան բարձր
ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր
ջերմաստիճանի ազդանշան,
Էներգոմատակարարման սխալի
ազդանշան Սառեցման սենսորների
առկայություն Սառեցման եղանակը`
հարկադիր օդային հովացման
համակարգ Սարքավորումը պետք է
համապատասխանի NSF/ANSI 456
պատվաստանյութերի պահպանման
ստանդարտին: Դռան պաշտպանիչ
կողպեքի դիզայնը պետք է բացառի
դռան բաց մնալը Ներկառուցված
լամպի առկայություն, որն
ավտոմատ կերպով լուսավորվում
կամ անջատվում է դուռը բացելիս
կամ փակելիս Լվացվող մակերես
Էլեկտրոսնուցում` 220-240 Վ, 50/60
Հց Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

				<p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Evermed	Evermed	MPR 130 W	Evermed	Հատուկ կենսաբանական պատվաստանյութերի համար մշակված մասնագիտացված սառնարանային սարքավորում Ջերմաստիճանի վերահսկումը ոչ պակաս քան +2°C-ից +8°C տիրույթում Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 100 լիտր Դարակների քանակը՝ ոչ պակաս քան 2 Ավտոմատ դեֆրոստ տիպի Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային Էկրանով՝ ոչ ավելի քան 0,1 °C ճշգրտությամբ Թվային Էկրանը պետք է ցույց տա

սառնարանի աշխատանքի վիճակը
Անվտանգ պահպանման համար
լսելի և տեսանելի ահազանգման
համակարգ Ոչ պակաս քան բարձր
ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր
ջերմաստիճանի ազդանշան,
Էներգոմատակարարման սխալի
ազդանշան Սառեցման սենսորների
առկայություն Սառեցման եղանակը՝
հարկադիր օդային հովացման
համակարգ Սարքավորումը պետք է
համապատասխանի NSF/ANSI 456
պատվաստանյութերի պահպանման
ստանդարտին: Դռան պաշտպանիչ
կողպեքի դիզայնը պետք է բացառի
դռան բաց մնալը Ներկառուցված
լամպի առկայություն, որն
ավտոմատ կերպով լուսավորվում
կամ անջատվում է դուռը բացելիս
կամ փակելիս Լվացվող մակերես
Էլեկտրոնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60
Հց Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

				<p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---