

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Ethicon-Endo	Ethicon-Endo	HP054	Johnson&Johnson	Բռնակ լապարոսկոպիկ Էլեկտրովիրաբուժական- ուլտրաձայնային G11 գեներատորի համար HP054: ապարոսկոպիկ բռնակ այեզոէլեկտրիկ Էլեմենտներով, որը ETHICON-ի գեներատորից Էլեկտրական Էներգիան վերածում է բարձր հաճախության մեխանիկական տատանումների, որոնց հաճախությունը կազմում է 55,5 կՀց և որոնք փոխանցվում է ուլտրաձայնային ծայրադիրների սայրին, որի արդյունքում սայրը տատանվում է երկայնական

					ուղղությամբ: Բաղկացած է բռնակից, որը ունի ակոսավոր անցում ծայրադիրին միանալու համար և ճկուն մեկուսացված լարից, որի միջոցով միանում է գեներատորի դիմային մակերեսին գտնվող մուտքին: Միացման մասում կա հատուկ գունային մակնանշում, որը հեշտացնում է ճիշտ միացումը փոխարկիչին: Գեներատորին միանում է հատուկ փոխարկիչի միջոցով: Առկա է ակտիվացիաների ներկառուցված հաշվիչ (95 ակտիվացիա): Բռնակին ամրացված ծայրադիրը հնարավոր է ակտիվացնել ծայրադիրի վրա գտնվող ձեռքի սեղմակների կամ ձեռքի ակտիվացման համար նախատեսված շարժական ադապտորի միջոցով, որի վրա նույնպես տեղակայված են մինիմալ և մաքսիմալ անվանմամբ կոճակներ, որոնց յուրաքանչյուրի երկու կողմում առկա են max եվ min մակնշումներ: Ծայրադիրները հնարավոր է նաև ակտիվացնել ոտքի առբերիչի միջոցով, որի վրա նույնպես առկա են max եվ min կոճակները: Առկա է
--	--	--	--	--	---

				հնարավորություն բռնակի վիճակի թեսթավորման և սխալի դեպքում այդ սխալի կողի արտածում գեներատորի դիսպլեյի վրա: Ինչպես նաև առկա է սպեցիֆիկ ծայնային նշան բռնակի խափանման, բռնակը գեներատորին և կամ ծայրադիրին սխալ միացման դեպքում: Կարող է կիրառվել բաց և լապարոսկոպիկ վիրահատությունների համար նախատեսված ծայրադիրների հետ: Առկա է ապահովիչ կափարիչ որպեսզի կանխի ակոսաերիզի վնասումը: Մատակարարվում է ոչ ստերիլ: Տուփում առկա է աշխատանքային մասի մեկ բանալի և մեկ ստուգողական ծայրադիր, որոնք նախատեսված են բռնակի աշխատունակության ադեկվատ թեսթավորման համար: Բռնակի երաշխիքը 12 ամիս է: Առկա է երաշխիքային կտրոն և ավտորիզացված երաշխիքային նամակ մատակարարման ժամանակ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXU72P-26/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	-	-	-	-	-