

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎ Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
57	CONTOUR PLUS	CONTOUR PLUS	CONTOUR PLUS	ASCENSIA, diabetes Care	Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված Contour Plus գլյուկոմետրի համար (N50) Չափման մեթոդ՝ Էլեկտրաքիմիական Չափման միջակայք՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատված՝ 5 վրկ Արյան ծավալ՝ 0.6 մկլ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝5 -45 °C Աշխատանքային ջերմաստիճան՝5 -45 °C Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10% - 93%Գործառնական բարձրություն՝մինչ և 6300մ ծովի մակարդակից Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում

				30վ.ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance)Տվյալների փոխանցում համակարգչին` USB լարի օգնությամբ Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում` անկախ տուփի բացման պայմանից:Ճշգրտություն`համակարգը համապատասխանում է ISO 15197, ISO 13485 չափորոշիչների պահանջներին Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր:Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելության ժամկետ , պետք է լինի փակ,ռուսերեն մակնշմամբ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՎ Սերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
57	CONTOUR PLUS	CONTOUR PLUS	CONTOUR PLUS	ASCENSIA, diabetes Care	Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված Contour Plus գլյուկոմետրի համար (N50) Չափման մեթոդ՝ Էլեկտրաքիմիական Չափման միջակայք՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատված՝ 5 վրկ Արյան ծավալ՝ 0.6 մկլ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝5 -45 °C Աշխատանքային ջերմաստիճան՝5 -45 °C Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10% - 93%Գործառնական բարձրություն՝մինչ և 6300մ ծովի մակարդակից Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում

				30վ.ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance)Տվյալների փոխանցում համակարգչին՝ USB լարի օգնությամբ Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից:Ճշգրտություն՝համակարգը համապատասխանում է ISO 15197, ISO 13485 չափորոշիչների պահանջներին Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր:Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելության ժամկետ , պետք է լինի փակ,ռուսերեն մակնշմամբ:
--	--	--	--	---