

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Թվային ռենտգենոգրաֆիկ համակարգի համար Նախատեսված թվային հարթ դետեկտոր	Թվային ռենտգենոգրաֆիկ համակարգի համար Նախատեսված թվային հարթ դետեկտոր	Թվային ռենտգենոգրաֆիկ համակարգի համար Նախատեսված թվային հարթ դետեկտոր	1. Թվային հարթ դետեկտոր, լարով Տեսակը a-Si/ CsI Պատկերման տարածքը առնվազն 14×17 դյույմ Էֆեկտիվ պիքսել մատրիցա ոչ պակաս քան 2500×3052 Պիքսելների չափը ոչ ավել քան 139 մկմ Տարլուծումը 3,6 զգ/մմ կամ ավելի խիտ Ա/Թ փոխակերպում առնվազն 16 բիթ Պատկերների ստացման ժամանակը ոչ ավել քան 3 վրկ 2. Պատկերային կայան Օպերացիոն համակարգ Win10 կամ ավելի նոր Օպերատիվ հիշողության ծավալը առնվազն 8 ԳԲ Կոշտ սկավառակը առնվազն 1TB 3. Պատկերի մշակման գործառույթները առնվազն Հիվանդի տեղեկատվության մուտքագրման ինտերֆեյս / Patient Information Input Interface Նշման գործիքներ, դիտման գործիքներ, կտրման գործիքներ, համակարգային գործիքներ / Marktools, view tools, crop tools, system tools Արձանագրության կարգավորում /

				Protocol Configuration Պատկերի խոշորացման գործառույթ/ image zoom Տպման գործառույթ/ Print function Առաջադրանքների ցանկ, տվյալների բազային ինտերֆեյս, տեղեկատվության փոփոխման ինտերֆեյս, գրառման ինտերֆեյս, արտահանման ինտերֆեյս, Excel-ի ելքային ելք / Task List, Databaseinterface, Information modification interface, Burn Interface, Export Interface, Excel leading-out Պատկերն անմիջապես էլ. փոստով ուղարկելու հնարավորություն/ Image direct emailing function Ախտորոշիչ հաշվետվություն - Հիվանդության նկարագրությունների ավելացումը, պատկերների վրա հիմնված ախտորոշումները, նկարագրությունները և ախտորոշումը պահպանվում են դեպքի մեջ / Diagnostic Report - Completing the addition of disease descriptions, diagnoses based on images, the descriptions and diagnosis are saved to the case. Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների առկայություն 4. Լրակազմում պետք է առկա լինեն բոլոր հավելյալ դետալները սարքի ամբողջական աշխատանքն ապահովելու համար, լինեն նոր, չօգտագործված: Ցանցային լարում 220-240 Վ, 50/60Հց: Երաշխիքային ժամկետը ` ոչ պակաս քան 12ամիս CE/MDR կամ FDA: Մատակարարն իրականացնում է տեղափոխում, տեղադրում, օգտագործող անձնակազմին աշխատանքային ծրագրի ուսուցում:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-ECXCTQF-26/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				