

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Ֆիրմայի անվանումը	Ապրանքային նշան	Մակնիշ	Արտադրողի անվանում	ԷԷԳ համակարգ "Էլեկտրոնեցելոգրաֆ սարք, որն օգտագործվում է գլխուղեղի Էլեկտրական ակտիվությունը գրանցելու համար: Այն պետք է Նախատեսված լինի կլինիկական արդյունավետությունը բարձրացնելու և տվյալների կառավարումն ավտոմատացնելու համար " Կոնֆիգուրացիա և ֆունկցիոնալ հնարավորություններ. Ոչ պակաս քան 38 ընդհանուր հղման ալիք (Common Reference Channels)` մասնագիտացված հետազոտական

					կոնֆիգուրացիաներով, բարձր նմուշառման հաճախականությամբ և մի քանի լրացուցիչ ալիքներով՝ համալիր մոնիթորինգ իրականացնելու համար Ինտուլիտիվ և օգտագործման համար հարմար դիզայն Սովորական EEG հետազոտությունների պարզեցված իրականացում. Բարձր մակարդակի հարմարեցվող աշխատանքային գործընթացներ Տվյալների կառավարման ավտոմատացված գործառույթներ Տարբեր դասավորության ընտրանքներ՝ ներառյալ հետազոտության տեսակ, աշխատանքային փուլ և պացիենտի տեսք Օգտագործողի կարգավորումների անհատականացում մեկ միասնական աշխատանքային կայանում EEG ծրագրային ապահովում. Ինտուլիտիվ օգտագործողի ինտերֆեյս՝ կարգավորվող գործիքագոտով Ներառված տվյալների կառավարման գործառույթ՝ տվյալների բազայի և պացիենտների կառավարման համար Համապարփակ
--	--	--	--	--	---

					հաշվետվությունների ստեղծում Իրադարձությունների հայտնաբերման և վերլուծության հզոր գործիքներ՝ ներառյալ. սպեկտրալ վերլուծություն, կոհերենտության վերլուծություն, aEEG, HFO հայտնաբերում, BSR (Burst Suppression Ratio), առցանց ազդանշաններ Տվյալներին հասանելիության համար թվային ցուցադրման սարքի առկայություն Համակարգը պետք է ապահովի ոչ պակաս քան հետևյալ տվյալների գրանցում. Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա (EEG), Շնչառություն, Սրտի հաճախություն, SpO₂ Յուրաքանչյուր մուտքի համար իմպեդանսի ստուգման LED ցուցիչի առկայություն EEG տվյալների վերլուծություն առցանց և օֆլայն ռեժիմներում Համապարփակ հաշվետվությունների ստեղծում Բոլոր ալիքների DC ռեժիմի միացման հնարավորություն՝ մի քանի կոնֆիգուրացիաներով Քնի անալիզի ծրագրային ապահովման ավելացման հնարավորություն Կոմպակտ ուժեղացուցիչի առկայություն Ուժեղացուցիչ. ADC՝
--	--	--	--	--	--

					ոչ պակաս քան 24 բիթ Ոչ պակաս քան 38 ընդհանուր հղման ալիք, որոնցից ոչ պակաս քան 8-ը բիպոլար Ոչ պակաս քան 2 բիպոլար մուտք՝ հրահրված պոտենցիալների համար Ոչ պակաս քան 2 ալիք ինդուկտիվ շնչառական գոտու համար Պոլիսոքսիմետրիայի ալիքի առկայություն Ոչ պակաս քան 1 մարկերային ալիք Յուրաքանչյուր մուտքի համար իմպեդանսի որակի LED ցուցիչ Թվային դիսպլեյ Ծրագրային ապահովում. Դերային հասանելիության կառավարման համակարգ՝ HIPAA/GDPR պահանջներին համապատասխան Ավտոմատ տվյալների արխիվացման կարգավորելի հնարավորություն HL7 երկկողմանի ինտեգրում HIS/EMR համակարգերի հետ Իրադարձությունների հայտնաբերման և տեղեկությունների վերլուծության հզոր գործիքներ Հաշվետվությունների արտահանում՝ ոչ պակաս քան Microsoft word, PDF, HTML ֆորմատներով Լրացուցիչ պարագաներ. Լազերային տպիչի առկայություն Ստեղնաշարի և մկնիկի առկայություն
--	--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		Համակարգիչի կամ նոութբուքի առկայությունը Լուսային ստիմուլյատորի առկայությունը ԷԷԳ սաղավարտի առկայություն, ոչ պակաս քան 2 հատ՝ մեծահասակների ու մանկական Ոչ պակաս, քան 25 հետազոտության համար նախատեսված միանգամյա օգտագործման էլեկտրոդների անհրաժեշտ մալուխների ու այլ ծախսվող նյութերի առկայությունը
Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004P4-EU24 02F-26/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Անվտանգության ստանդարտներ. Մարքավորումը պետք է համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին. IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-26 Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Սարքի տեղադրումը, ուսուցումն և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագած տեխնիկական խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
21					

					լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1.ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	---