ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/53 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Superstar (China)	Superstar (China)	S12A Pro	Nanjing Superstar Medical Equipment Co., Ltd (China)	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont, BIVENT (APRV), PS/CPAP Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ 12" անկյունագծով ներկառուցված սենսորային էկրան սարքավորման կարգաբերումների համար և 15" անկյունագծով ինտեգրված մոնիտոր հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար Սենսորային

						էկրանի և մոնիտորի թվային էկրանի պիքսելները 1024x768 Առանձին նեռկառուցված թթվածնային հոսքաչափ 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ Արտացոլում մոնիտորի վրա. Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, ածխաթթու գազի կոնցենտրացիա, թթվածնի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ Պարամետրերը. Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ տիրույթում Ներշնչման հոսքը՝ 90 լ/ր Շնչառության հաճախությունը՝ 4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում I:E ratio 4:1 – 1:8 Ճնշման հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) - 50 սմ H2O PEEP՝ 3 – 20 սմ H2O միջակայքում Մարտկոցի առկայություն Անզգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով 120 րոպե Ազդանշաններ O2 գազի մատակարարման ճնշում, օդ, էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ ՝ pmax, pmin, PEEP max, հաճախականություն, ծավալներ ՝ MVmax, MVmin, Vtmin Այլ

						պահանջներ երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող ամրակների առկայություն O2 չափման համակարգի առկայություն CO2 չափման համակարգի առկայություն Իզոլյուրանի և սեվոֆլյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն Հուսալի CO2 կլանիչ Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Հիմնական լրակազմ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր Հոսքի տվիչ, բազմակիրառելի Ջրային կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր, բազմակի օգտագործման 2 հատ (Մեծահասակների, երեխաների) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, բազմակի

					օգտագործման համար նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների երեխաների և նորածինների համար 2 հավաքածու, 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն) Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Superstar (China)	Superstar (China)	S12A Pro	Nanjing Superstar Medical Equipment Co., Ltd (China)	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont, BIVENT (APRV), PS/CPAP Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ 12" անկյունագծով ներկառուցված սենսորային էկրան սարքավորման կարգաբերումների համար և 15" անկյունագծով ինտեգրված մոնիտոր հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար Սենսորային

						էկրանի և մոնիտորի թվային էկրանի պիքսելները 1024x768 Առանձին նեռկառուցված թթվածնային հոսքաչափ 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ Արտացոլում մոնիտորի վրա. Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, ածխաթթու գազի կոնցենտրացիա, թթվածնի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ Պարամետրերը. Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ տիրույթում Ներշնչման հոսքը՝ 90 լ/ր Շնչառության հաճախությունը՝ 4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում I:E ratio 4:1 – 1:8 Ճնշման հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) - 50 սմ H2O PEEP՝ 3 – 20 սմ H2O միջակայքում Մարտկոցի առկայություն Անզգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով 120 րոպե Ազդանշաններ O2 գազի մատակարարման ճնշում, օդ, էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ ՝ pmax, pmin, PEEP max, հաճախականություն, ծավալներ ՝ MVmax, MVmin, Vtmin Այլ

						պահանջներ երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող ամրակների առկայություն O2 չափման համակարգի առկայություն CO2 չափման համակարգի առկայություն Իզոլյուրանի և սեվոֆլյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն Հուսալի CO2 կլանիչ Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Հիմնական լրակազմ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր Հոսքի տվիչ, բազմակիրառելի Ջրային կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր, բազմակի օգտագործման 2 հատ (Մեծահասակների, երեխաների) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, բազմակի

					օգտագործման համար նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների երեխաների և նորածինների համար 2 հավաքածու, 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն) Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ