# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«ԼԵՅԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 55 | BROSMED | Hermes NC, Atropos SC, Achiles NC, Minerva SC, Castor NC, Polux SC | BROSMED Medical co.LTD | Դիլատացիոն կաթետեր՝ կոակսիալ կրկնակի լուսանցքով, ընդլայնվող և չընդլայնվող գնդանոթով, կախված ցուցումից պերիֆերիալ անոթների համար։ Նախատեսված են 0.035’’, 0.018”, 0.014” տրամագծի ուղղորդիչ լարերով օգտագործման համար։ Կախված բալոնի տրամագծից համատեղելի են 4 F-ից մինչև 8 F ինտրոդյուսերների հետ։ Բալոնների ներսում առկա են երկու պլատինե մարկերային օղակներ։ Ծածկույթը՝ հիդրոֆիլ է ծայրից մինչև ելքային մարկեր (արտաքին մակերես) և հիդրոֆոբ է ուղղորդիչ լարի լուսանցքի համար։ Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 70 սմ-ից 150 սմ սահմաններում։ Մուտքի ծայրի տրամագիծը ոչ ավել՝ 0.035’’ ուղղորդիչի դեպքում 0.039”, 0.018” ուղղորդիչի դեպքում 0.022”, 0.014” ուղղորդիչի դեպքում 0.0175”։ Կախված վիրահատվող |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | անոթի տրամագծի չափից, կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 0.035’’ ուղղորդիչի դեպքում 20-ից 200 մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 20-ից 150 մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, 0.018” ուղղորդիչի դեպքում 5-ից 200 մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 10-ից 150 մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, 0.014” ուղղորդիչի դեպքում 5-ից 200 մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 10-ից 150 մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: Ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում նոմինալ ճնշումը՝ 6 ատմ., մաքսիմալ ճնշումը 14 ատմ., չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում նոմինալ ճնշումը՝ 12 ատմ., մաքսիմալ ճնշումը նվազագույնը 18 ատմ., առավելագույնը կախված բալոնի տրամագծից կարող է լինել մինչև 30 ատմ.: Ընդլայնվող և չընդլայնվող գնդանոթների պարագայում 0.035’’ ուղղորդիչի դեպքում բալոնի տրամագիծը կարող է լինել 3-ից 10 մմ, 0.018” ուղղորդիչի դեպքում 1.5-ից 10 մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 2-ից 8 մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, 0.014” ուղղորդիչի դեպքում 1.5-ից 6 մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 2-ից 8 մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50 %-ի առկայությունն:CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО ЛЕЯ МЕД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 55 | | | | |