

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Meditech(China)	Meditech(China)	EKG3A	Qingdao Meditech CO LTD(China)	ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը 8" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ` 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով Ֆունկցիաներ. ստանդարտ ԷՍԳ պարամետրերի ավտոմատ չափում և ավտոմատ մեկնաբանություն, բոլոր արտածումները, միջին ճշգրտված HR, միջին RR միջակայք,

QRS տևողություն, QT միջակայք և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1], P, R, T առանցքներ

Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ

Զֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց

Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլոնժումը առնվազն՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ 80մմ x 30մմ

Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց

Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբերա

Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 Էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ

ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Այլ պայմաններ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն

					Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УУЧРЧ-ЕУХУТДР-26/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	Meditech(China)	Meditech(China)	EKG3A	Qingdao Meditech CO LTD(China)	ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը 8" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ` 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով Ֆունկցիաներ. ստանդարտ ԷՍԳ պարամետրերի ավտոմատ չափում և ավտոմատ մեկնաբանություն, բոլոր արտածումները, միջին ճշգրտված HR, միջին RR միջակայք,

					QRS տևողություն, QT միջակայք և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1], P, R, T առանցքներ Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ Զֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլոնծումը առնվազն՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ 80մմ x 30մմ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբերա Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 Էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Այլ պայմաններ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն
--	--	--	--	--	---

					Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	--