ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/53 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Վիրաբուժական ռենտգեն համակարգ (C-Arm) Extron 6	Վիրաբուժական ռենտգեն համակարգ (C-Arm) Extron 6	Extron 6	DRTECH Corporation	Վիրաբուժական ռենտգեն համակարգ (C-Arm) Գործառնական ռեժիմներ. Ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով Իմպուլսային ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով Թվային ռադիոգրաֆիա Թվային անգիոգրաֆիա Թվային սուբտրակցիոն անգիոգրաֆիա C-Arm C-arm ազատ տարածությունը 80 սմ (առանց սարքի որևէ դետալի հանման կամ ապամոնտաժման) Ուղեծրի շարժումը 180 ° Հորիզոնական շարժումը 20 սմ Պտույտի միջակայքը 12,5°-ից մինչև

						-12,5° միջակայքում Ուղղահայաց շարժումը 50 սմ Ընկղման խորությունը 78 սմ Կողային շարժումը ղեկանիվով C-arm հիմնական միավորի լայնությունը 80 սմ Ռենտգենյան գեներատոր. Նոմինալ ելքային հզորությունը 15 ԿՎ ԿՎ տիրույթը ռադիոգրաֆիայի և ֆտորոսկոպիայի ընթացքում 40 ԿՎ-ից 120 ԿՎ միջակայքում Ռադիոգրաֆիա. Թվային ռադիոգրաֆիա (ՄԱ). 20 ՄԱ-ից 24 ՄԱ միջակայքում Էկսպոզիցիայի ժամանակը 25 մվրկ-ից 1000 մվրկ միջակայքում Ֆլուրոսկոպիա. Տեսակները՝ պուլսային և շարունակական ֆլուրոսկոպիա 0,6 մմ կիզակետում պուլսային ֆլուրոսկոպիա mA. 3 ՄԱ-ից 20 ՄԱ միջակայքում 0,6 մմ կիզակետում Շարունակական ֆլուրոսկոպիա՝ 0,2 ՄԱ-ից 30 ՄԱ միջակայքում Պուլսային ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը՝ 30 պատկեր/վրկ Շարունակական ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը՝ 30 պատկեր/վրկ Ռենտգենյան խողովակ. Անոդային ջերմակրությունը 300kHU Թիրախի անկյունը՝ 10° Կոլիմատոր. Պտույտը

						360° Հարթ վահանակային դետեկտոր. Դետեկտորի տեսադաշտը (ակտիվ մակերես) 8,2" x 8,2" Պիքսելային քայլը 140 մկմ Պիքսելային մատրիցան 1500 x 1500 Դետեկտիվի քվանտային արդյունավետությունը DQE(0) (DQE) 70 % Մոդուլյացիայի փոխանցման գործառույթը (MTF) 60 % Տարածական թողունակությունը 3.58 տող / մմ Թվային էկրան 43 դյույմ, բարձր պայծառությամբ և հակազդեցիկ ծածկույթով Պահպանման ծավալը. 40000 պատկեր Պատկերի մշակում. Աղմուկի ճնշում, հաճախականության ֆիլտրում, պտույտ, դրական / բացասական ինվերսիա Ձախ / աջ և վերև / ներքևի շրջում, հանում Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ. Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Ճառագայթային պաշտպանության գոգնոցի առկայություն 24 ամիս

						երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Ապրանքը արտադրված է մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության պարագաներ Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցրած ընկերությունը կներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					
					Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO 13485 2. ISO 14001 3. Բժշկական սարքավորումների համար՝ MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ պարբերաբար տեղեկատվություն կտրամադրի մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը սարքերի ՀՀ ներմուծման օրը կտեղեկացնի պատվիրատուին Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը սարքերի արկղերը կբացի բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ