# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 76 | Jiangsu Yongxin Medical Co: LTD (China) | SM-001A | Jiangsu Yongxin Medical Co: LTD (China) | Շարժական սեղան վիրակապության համար: 1. Ընդհանուր պահանջներ: Նախատեսված է վիրակապության, բժշկական միջամտությունների և գործիքների տեղադրման համար: Կիրառելի է՝ հիվանդանոցներում, պոլիկլինիկաներում, վիրակապական և բուժական սենյակներում: 2. Կառուցվածքը և նյութերը: Տեսակը՝ շարժական վիրակապային սեղան: Շրջանակը և կառուցվածքը՝ չժանգոտվող պողպատ (ներժ) : Մակերեսը (սեղանատախտակ)՝ հարթ, անխորշ պատրաստված ներժից կամ նիկելապատ մետաղից՝ հարմար ախտահանիչ նյութերով բազմակի մշակման համար: Կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Դարակների քանակը 2 մակարդակ (վերին և ստորին դարակ): Եզրերը՝ բարձրացված եզրերով կամ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | պաշտպանիչ շրջանակով՝ պարագաների սահքը կանխելու համար: 3. Չափերը: Երկարություն՝ 660 մմ, : Լայնություն՝ 450 մմ, : Բարձրություն՝ 900 մմ, : 4. Շարժունակություն: Անիվների քանակը 4 հատ: Անիվները՝ բժշկական նշանակության, սահուն շարժ ապահովող: Առնվազն 2 անիվ ունեն արգելակման մեխանիզմ: 5. Բեռնատարողություն: Թույլատրելի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 50 կգ: 6. Օգտագործման և հիգիենիկ պահանջներ: Բոլոր մակերեսները հարթ են, առանց սուր եզրերի: Լիովին լվացվող և ախտահանվող, դիմացկուն քիմիական ախտահանիչների ազդեցությանը: 7. Համապատասխանություն և փաստաթղթեր՝ արտադրողի կատալոգ: Որակի համապատասխանության փաստաթուղթ (առկայության դեպքում): CE նշում 8. Երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս, մատակարարման պահից: Առաջարկի արժեքի ներառված են՝ սեղանի ամբողջական հավաքածուն երաշխիքային սպասարկումը, մատակարարման հետ կապված բոլոր ծախսերը: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 76 | Jiangsu Yongxin Medical Co: LTD (China) | SM-001A | Jiangsu Yongxin Medical Co: LTD (China) | Շարժական սեղան վիրակապության համար: 1. Ընդհանուր պահանջներ: Նախատեսված է վիրակապության, բժշկական միջամտությունների և գործիքների տեղադրման համար: Կիրառելի է՝ հիվանդանոցներում, պոլիկլինիկաներում, վիրակապական և բուժական սենյակներում: 2. Կառուցվածքը և նյութերը: Տեսակը՝ շարժական վիրակապային սեղան: Շրջանակը և կառուցվածքը՝ չժանգոտվող պողպատ (ներժ) : Մակերեսը (սեղանատախտակ)՝ հարթ, անխորշ պատրաստված ներժից կամ նիկելապատ մետաղից՝ հարմար ախտահանիչ նյութերով բազմակի մշակման համար: Կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Դարակների քանակը 2 մակարդակ (վերին և ստորին դարակ): Եզրերը՝ բարձրացված եզրերով կամ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | պաշտպանիչ շրջանակով՝ պարագաների սահքը կանխելու համար: 3. Չափերը: Երկարություն՝ 660 մմ, : Լայնություն՝ 450 մմ, : Բարձրություն՝ 900 մմ, : 4. Շարժունակություն: Անիվների քանակը 4 հատ: Անիվները՝ բժշկական նշանակության, սահուն շարժ ապահովող: Առնվազն 2 անիվ ունեն արգելակման մեխանիզմ: 5. Բեռնատարողություն: Թույլատրելի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 50 կգ: 6. Օգտագործման և հիգիենիկ պահանջներ: Բոլոր մակերեսները հարթ են, առանց սուր եզրերի: Լիովին լվացվող և ախտահանվող, դիմացկուն քիմիական ախտահանիչների ազդեցությանը: 7. Համապատասխանություն և փաստաթղթեր՝ արտադրողի կատալոգ: Որակի համապատասխանության փաստաթուղթ (առկայության դեպքում): CE նշում 8. Երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս, մատակարարման պահից: Առաջարկի արժեքի ներառված են՝ սեղանի ամբողջական հավաքածուն երաշխիքային սպասարկումը, մատակարարման հետ կապված բոլոր ծախսերը: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: |