

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
84	Պատգարակ հիվանդի տեղափոխման համար	Պատգարակ հիվանդի տեղափոխման համար	Պատգարակ հիվանդի տեղափոխման համար	<p>Պատգարակ հիվանդի տեղափոխման համար: Պատգարակը նախատեսված է հիվանդների անվտանգ և հարմարավետ փոխադրման համար: Պատգարակի շրջանակը չժանգոտվող կամ փոշեներկված պողպատից: Պատգարակը պատրաստված է բարձր ամրության ABS պլաստիկից կամ համարժեք նյութից: Պատգարակն ունի առնվազն 2 կողնակ, բուժառուի ընկնելը կանխելու նպատակով: Կողնակներն ունեն բարձրացնելու և իջեցնելու հնարավորություն: Թիկնակի հատվածի մեխանիկական կարգաբերում: Պատգարակն ունի առնվազն 4 կողային անիվներ, որոնք միաժամանակ կողպվում և բացվում են ոտնակով: Պատգարակն ունի առնվազն 1 ուղղորդող անիվ, որն օգնում է հրել այն: Պատգարակն ունի իրեն կից շտատիվ, նախատեսված հեղուկ դեղորայքի պարկերը</p>

				<p>կախելու համար: Շտատիվը չժանգոտվող պողպատից բռնակով է: Պատգարակն ունի կարգավորվող ուղղահայաց թթվածնի տարայի ֆիքսման հարմարանք, բեռնատարողությունը ոչ պակաս քան 15 կգ: Գործառույթները՝ մեջքի մակերեսը ծակոտկեն է՝ պատշաճ օդափոխման նպատակով, թիկնակը կարգավորվող է՝ ոչ պակաս, քան 0°-ից 80° միջակայքում, բարձրությունը կարգավորվող է՝ ամուր կռունկային համակարգով, պատգարակի բարձրությունը պետք է կարգավորվի ոչ պակաս քան 550-ից 850 մմ միջակայքում ($\pm 5\%$), պատգարակի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1900 մմ-ից 2000 մմ միջակայքում ($\pm 5\%$), պատգարակի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 550 մմ-ից 640 մմ միջակայքում ($\pm 5\%$), անիվները ոչ պակաս քան 100 մմ, ներքնակը պատրաստված է պոլիուրեթանային փրփուրից՝ հանվող ջրակայուն պատյանով, ներքնակի հաստությունը՝ ոչ պակաս, քան 80 մմ: Լրակազմ և պարագաներ՝ աշխատակազմի ուսուցում, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով, լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Պատգարակը մատակակարելուց հետո պետք է բերվի լիարժեք աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
84	Պատգարակ հիվանդի տեղափոխման համար	Պատգարակ հիվանդի տեղափոխման համար	Պատգարակ հիվանդի տեղափոխման համար	Պատգարակ հիվանդի տեղափոխման համար: Պատգարակը նախատեսված է հիվանդների անվտանգ և հարմարավետ փոխադրման համար: Պատգարակի շրջանակը չժանգոտվող կամ փոշեներկված պողպատից: Պատգարակը պատրաստված է բարձր ամրության ABS պլաստիկից կամ համարժեք նյութից: Պատգարակն ունի առնվազն 2 կողնակ, բուժառուի ընկնելը կանխելու նպատակով: Կողնակներն ունեն բարձրացնելու և իջեցնելու հնարավորություն: Թիկնակի հատվածի մեխանիկական կարգաբերում: Պատգարակն ունի առնվազն 4 կողային անիվներ, որոնք միաժամանակ կողավում և բացվում են ոտնակով: Պատգարակն ունի առնվազն 1 ուղղորդող անիվ, որն օգնում է հրել այն: Պատգարակն ունի իրեն կից շտատիվ, նախատեսված հեղուկ դեղորայքի պարկերը

				<p>կախելու համար: Շտատիվը չժանգոտվող պողպատից բռնակով է: Պատգարակն ունի կարգավորվող ուղղահայաց թթվածնի տարայի ֆիքսման հարմարանք, բեռնատարողությունը ոչ պակաս քան 15 կգ: Գործառույթները՝ մեջքի մակերեսը ծակոտկեն է՝ պատշաճ օդափոխման նպատակով, թիկնակը կարգավորվող է՝ ոչ պակաս, քան 0°-ից 80° միջակայքում, բարձրությունը կարգավորվող է՝ ամուր կռունկային համակարգով, պատգարակի բարձրությունը պետք է կարգավորվի ոչ պակաս քան 550-ից 850 մմ միջակայքում ($\pm 5\%$), պատգարակի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1900 մմ-ից 2000 մմ միջակայքում ($\pm 5\%$), պատգարակի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 550 մմ-ից 640 մմ միջակայքում ($\pm 5\%$), անիվները ոչ պակաս քան 100 մմ, ներքնակը պատրաստված է պոլիուրեթանային փրփուրից՝ հանվող ջրակայուն պատյանով, ներքնակի հաստությունը՝ ոչ պակաս, քան 80 մմ: Լրակազմ և պարագաներ՝ աշխատակազմի ուսուցում, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով, լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Պատգարակը մատակակարելուց հետո պետք է բերվի լիարժեք աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	--	--