

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-53/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Mindray BS 240 pro	Mindray BS 240 pro	Mindray BS 240 pro	Mindray	Լիովին ավտոմատ կենսաքիմիական վերլուծիչ: Վերլուծիչը ունի STAT (նմուշի առաջնահերթյան) Փունկցիա: Արտադրողականությունը առանց Էլեկտրոլիտների հետազոտության ժամում 240 թեստ ժամում: Հետազոտության կատարման սկզբունքներն ` կոլորմետրիկ, տուրբիդիմետրիկ: Հետազոտության կատարման մեթոդներն ` վերջնակետ, կինետիկա, ֆիքսված ժամանակ: Նմուշների և ազդանյութերի համար նախատեսված դիրքերի քանակը 50

հատ: Ազդանյութերի և նմուշների պահպանման թմբուկը ունի սառեցման համակարգ նվազագույն ջերմաստիճանը +2 աստիճան ցելսիուս և առավելագույն ջերմաստիճանը +12 աստիճան ցելսիուս պահպանման հնարավորությամբ: Վերլուծիչը ունի ազդանյութերի շտրիխների կոդերի համար նախատեսված ավտոմատ ընթերցման սարք: 1 հետազոտության դեպքում ազդանյութերի ծախսման քանակը 360մկլ: 1 հետազոտության ծախսվող նմուշի քանակը՝ 100մկլ: Վերլուծիչը ունի ազդանյութի ծավալի հայտնաբերման ավտոմատ հնարավորություն: Օգտագործվող նմուշների փորձանոթի Չափսերը 13x75 մմ և 13x100 մմ: Սարքը ունի ներքին և արտաքին համակարգերի լվացման հնարավորություն: Սարքը ունի ներկառուցված խառնիչ: Վերլուծիչը ունի կյուվետների համար նախատեսված առանձին խցիկ նախատեսված 80 կյուվետի դիրքով: Կյուվետների տեսակները օպտիկական պլաստիկ: Կյուվետները բազմակի
--

					օգտագործման են: Սարքը ունի կյուվետների բազմաստիճան լվացման կայան: Ջրի ծախսը 6,5 լ/ժ: Ռեակցիայի ջերմաստիճանը +37 աստիճան ցելսիուս: Սարքը ունի ներկառուցված լամպ հալոգեն: Ալիքի երկարությունը 340-800 նմ 8 ֆիլտրով: Ֆիլտրների ալիքի երկարությունը 340 նմ, 380 նմ, 412 նմ, 450 նմ, 505 նմ, 546 նմ, 570 նմ, 605 նմ, 660 նմ, 700 նմ, 740 նմ, 800 նմ: Համակարգչին և LIS համակարգին միանալու հնարավորություն: Սարքի քաշը 115 կգ: Մատակարարը սարքի հետ անվճար տրամադրում է համապատասխան հզորության օնլայն անխափան սնուցման սարք: Վերլուծիչը ունի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար, նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկով, արտադրված 2026թ.: Մատակարարը ապահովվում է սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը:
--	--	--	--	--	--

				Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը կատարվում է բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքը 12 ամիս: Որակի վկայականներ՝ ISO 9001, ISO13485:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-53/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					