

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԻԿԱ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ավտոռեֆ կերատոմոտեր	HUVITZ SHANGHAI	CRK-1	SHANGHAI HUVITZ CO., LTD.	Ռեֆռակտոմետրիայի չափման անհրաժեշտ դիապազոն՝ սֆերա՝ -30.00-ից +25.00 D (VD = 12mm) (.01,0.12,0.25 քայլերով) Ցիլինդր ՝0 -ից ±12.00 D (0,01/0.12 / 0.25 D քայլերով) Առանցք՝ 0 -ից 180° (1° քայլերով) Ռեֆռակտոմետրիայի չափման համար անհրաժեշտ բբիդի դիամետրը ՝ ø2 mm Կեռատոմետրիայի չափման անհրաժեշտ դիապազոն՝ 5-13 մմ (0,01 մմ քայլերով) Ռեֆռակտիվ ուժը՝ 25.96D~-ից 67.50 D(0.05, 0.12, 0.25 D քայլերով) Ցիլինդրիկ ուժը ՝0 -ից -15.00 D (0.05/0.12 / 0.25 D

					քայլերով) Առանցք՝ 0 -ից 180° (1° քայլերով) Միջբբային հեռավորության չափման անհրաժեշտ դիապազոն՝ 10-ից 85 մմ Բբիդի դամետրի չափման անհրաժեշտ դիապազոն՝ 2.0-ից 14.0 մմ (0.1 մմ քայլերով) Էկրանի՝ 7 դյույմանոց լայն գունավոր TFT LCD ռեգիստիվ սենսորային Էկրան Անհրաժեշտ հնարավորություններ՝ աֆտոչափման հնարավորությամբ , բբի դիամետրի չափման հնարավորությամբ, աջ և ձախ՝ ծնոտի վերև-ներքև շարժ $\pm 15\text{mm}$, ամեն աչքի համար 10 չափումների պահպանում, Ներառված աքսեսուարներ՝ տպիչի թուղթ, սնուցման լար, միացման մալուխ , փոշուց պաշտպանող ծածկույթ, աչքի գնդաձև մոդել, Ինտերֆեյս՝ ,RC-232C Որակի հավաստագրեր՝ ISO 13485, FDA Մատակարարման պայմաններ՝ 1 տարի երաշխիքային սպասարկում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЕДИКА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЧЕТУ-ЛУХУНФ-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					