

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/74 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	BIOBASE	BIOBASE Biovictor Co., Ltd.	Լաբորատոր pH մետեր՝ նախատեսված ջրածնային ցուցիչի (pH) և օքսիդավերականգնման պոտենցիալի (ORP) չափումներ իրականացնելու համար: Սարքի pH չափման միջակայքը՝ -2.000-ից մինչև 20.000 pH, իսկ չափման ճշգրտությունը՝ ± 0.002 pH շեղումը: Սարքավորումը ունի 0.1, 0.01 կամ 0.001 pH ընտրովի լուծաչափ և ապահովում է նվազագույնը 5 կալիբրացիոն կետով կարգաբերման հնարավորություն՝ առնվազն երկու տեսակի ստանդարտ բուֆերային լուծույթների (օրինակ՝ USA, NIST կամ դրանց համարժեք) ավտոմատ ճանաչմամբ: Օքսիդավերականգնման պոտենցիալի (ORP) չափման միջակայքը ± 1999.9 մՎ, իսկ չափման ճշգրտությունը՝ ± 0.2 մՎ շեղումով: ORP-ի լուծաչափը պետք է լինի ընտրովի՝ 0.1 կամ 1 մՎ, և սարքը աջակցում է առնվազն 1 ORP կալիբրացիոն կետի՝ բացառապես հարաբերական մՎ (Relative mV) ռեժիմում: Ջերմաստիճանի չափման միջակայքը՝ 0°C (կամ 32°F)- 105°C, ընդ որում՝ ջերմաստիճանի չափման ճշգրտության շեղումը չի գերազանցում $\pm 0.5^\circ\text{C}$-ը կամ $\pm 0.9^\circ\text{F}$-ը: Սարքավորումը համալրված է համակարգչին և տպիչին միանալու համար

		նախատեսված սերիական ինտերֆեյսի USB պորտերով: Էլեկտրասնուցումը՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց հաճախականությամբ ցանցից: Մատակարարումը ներառում է սարքավորման օգտագործման ձեռնարկը՝ հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Սարքավորման համար առկա է ISO որակի վավեր վկայական: Մատակարարը կապահովի գործարանային երաշխիք՝ սարքի հանձնման-ընդունման պահից սկսած 12 ամիս ժամկետով:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЧЧ-ЕЦДЦПЗР-26/74 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2			