

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Վիրահատական սեղան	Վիրահատական սեղան	Վիրահատական սեղան	Վիրահատական սեղան	Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված լինեն չժանգոտվող պողպատից Անիվների առկայություն ոչ պակաս քան 4 անիվ Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն Ռենտգենյան ճառագայթների թափանցելիություն ամբողջ սեղանի երկարությամբ Սեղանի մակերեսի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2100 մմ ± 100 մմ Սեղանի մակերեսի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 550 մմ ± 20 մմ Սեղանի նվազագույն բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 730 մմ ± 50 մմ Սեղանի առավելագույն բարձրությունը՝ ոչ

					պակաս քան 980 մմ $\pm$ 50 մմ Հորիզոնական և երկայնական շարժումն ոչ պակաս քան՝ 330 մմ $\pm$ 30 մմ Շարժումը (Backboard upwards/downwards)՝ ոչ պակաս քան 70°/10° Տրենդելենբուրգ՝ ոչ պակաս քան -25°/+25° Սեղանի թեքում (ծախ / աջ)՝ ոչ պակաս քան 15 աստիճան Գլխային հատվածի թեքում (Tilit ՝ ոչ պակաս քան 40° / 90° Ոտքերի հատվածի շարժումը (վերև / ներքև)՝ 15° / 90° Ոտքերի հատվածի թեքումը՝ ոչ պակաս քան 90° Երկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս քան 110 մմ Կրողունակությունը, առնվազն՝ 250 կգ Էլեկտրական կառավարման համակարգի առկայություն, առնվազն երկու հատ Սնուցում՝ 220Վ $\pm$ 15%, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրումը և մեկնարկը մատակարարի կողմից Աշխատակազմի ուսուցումը տեղում կազմակերպվում է մատակարարի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումները պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված պետք է
--	--	--	--	--	---

					լինեն բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար : Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք FDA
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Վիրահատական սեղան	Վիրահատական սեղան	Վիրահատական սեղան	Վիրահատական սեղան	Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված լինեն չժանգոտվող պողպատից Անիվների առկայություն ոչ պակաս քան 4 անիվ Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն Ռենտգենյան ճառագայթների թափանցելիություն ամբողջ սեղանի երկարությամբ Սեղանի մակերեսի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2100 մմ ± 100 մմ Սեղանի մակերեսի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 550 մմ ± 20 մմ Սեղանի նվազագույն բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 730 մմ ± 50 մմ Սեղանի առավելագույն բարձրությունը՝ ոչ

					պակաս քան 980 մմ $\pm$ 50 մմ Հորիզոնական և երկայնական շարժումն ոչ պակաս քան՝ 330 մմ $\pm$ 30 մմ Շարժումը (Backboard upwards/downwards)՝ ոչ պակաս քան 70°/10° Տրենդելենբուրգ՝ ոչ պակաս քան -25°/+25° Սեղանի թեքում (ծախ / աջ)՝ ոչ պակաս քան 15 աստիճան Գլխային հատվածի թեքում (Tilit ՝ ոչ պակաս քան 40° / 90° Ոտքերի հատվածի շարժումը (վերև / ներքև)՝ 15° / 90° Ոտքերի հատվածի թեքումը՝ ոչ պակաս քան 90° Երկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս քան 110 մմ Կրողունակությունը, առնվազն՝ 250 կգ Էլեկտրական կառավարման համակարգի առկայություն, առնվազն երկու հատ Սնուցում՝ 220Վ $\pm$ 15%, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրումը և մեկնարկը մատակարարի կողմից Աշխատակազմի ուսուցումը տեղում կազմակերպվում է մատակարարի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումները պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված պետք է
--	--	--	--	--	---

					լինեն բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար : Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք FDA
--	--	--	--	--	--