ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արամայիս Եպիսկոպոսյան-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Ավտոմատ սարք՝ բաց խառնարանում յուղի բռնկման կետը որոշելու համար ATBO-20 տեսակի - բռնկման ջերմաստիճանի չափման միջակայք՝ +79-ից մինչև +400°C; - արտադրանքի բռնկման տեսակը՝ էլեկտրական կայծ, գազ անհրաժեշտ չէ։ - մեկ թեստի տևողությունը ոչ ավել, քան 40 րոպե; - բռնկման կետը որոշելու համար ելքային արդյունքի դիսկրետությունը 1°C է։ - Արտադրանքի ջերմաստիճանի ցուցադրման լուծաչափը՝ 0.1°C կամ 0.2°C; - Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան – +10-ից մինչև +35°C; ATBO-20 սարքի ամբողջական հավաքածուն ՝ 1. Տիգել – 2 հատ, 2. Հանվող բռնակ – 1 հատ, 3. Կաթիլային սկուտեղ - 1 հատ, 4. Պահանջվում է շահագործման հրահանգ ռուսերեն լեզվով - 1 օրինակ, 5. Անձնագիր և որակի հավաստագիր - 1 օրինակ, Փորձարկման մասին վկայագիր ՀՀ-ում, Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ։ կամ Ավտոմատ սարք՝ բաց խառնարանում յուղի բռնկման կետը որոշելու համար ТВО-ЛАБ-12 տեսակի կամ համարժեք սարքավորում - Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման միջակայք՝ 0-ից մինչև +400°C; - արտադրանքի բռնկման տեսակը՝ - գազ; - Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման սխալանքը – ±0.5°C; - Ջերմաստիճանի սենսորի տեսակը՝ Pt 100; - Տաքացման արագություն՝ 0.5-ից մինչև 20.0°C/րոպե; - Բռնկման միջակայք՝ 0.5-ից մինչև 10.0°C; - Մատակարարման անվանական լարում – 230 Վ ± 10%; - Մատակարարման լարման անվանական հաճախականությունը՝ 50±2 Հց; - Ընդհանուր էներգիայի սպառում, ոչ ավելի, քան 700 Վտ; - Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +15-ից մինչև +35°C; ТВО-ЛАБ-12 տեսակի սարքի լրակազմը՝ 1. Տիգել - 1 հատ; 2. Ջերմաստիճանի սենսոր (տեղադրված է սարքի վրա) - 1 հատ; 3. Լուսարձակի դետեկտոր - (տեղադրված է սարքի վրա) - 1 հատ; 4. Այրիչի բռնկման պարույր – 2 հատ; 5. Հորատման համար նախատեսված ամրակ-հենարան - 1

	հատ; 6. Գազի բալոնի ադապտեր նեյլոնե խողովակով (0.5 մ) - 1 հատ; 7. Հոսանքի մալուխ - 1 հատ; 8. 10Ա ցանցային ապահովիչներ – 2 հատ; Գրիչ - 1 հատ Պահանջվում է շահագործման հրահանգ ռուսերեն լեզվով - 1 օրինակ, 5. Անձնագիր և որակի հավաստագիր - 1 օրինակ, Փորձարկման մասին վկայագիր ՀՀ-ում, Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арамаис Епископосян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	В открытом тигле автоматический прибор АТВО-20 типа, с первичной аттестацией - диапазон измерений температуры вспышки – от +79 до +400°С; - тип поджига продукта – электроискровой, газ не требуется; - продолжительность одного испытания не более 40 мин.; - Дискретность выдаваемого результата определения температуры вспышки 1°С; - Дискретность отображения температуры продукта - 0,1°С или 0,2°С; - Температура окружающей среды – от +10 до +35°С; Комплектация аппарата АТВО-20: 1. Тигель – 2 шт.; 2. Съемная ручка – 1 шт.; 3. Каплесборник - 1 шт. Требуется руководство по эксплуатации на русском языке - 1 экз.; Паспорт и сертификат качества - 1 экз.; Сертификат испытаний в РА - 1 экз.; Дата производства` 2025г.-2026г. В открытом тигле автоматический прибор ТВО-ЛАБ-12 типа, с первичной аттестацией - Диапазон определения температуры вспышки – от 0 до +400°С; - тип поджига продукта – газовый; - Погрешность определения температуры вспышки – ±0,5°С; - Тип датчика температуры – Pt100; - Скорость нагрева – от 0,5 до 20,0°С/мин; - Интервал поджига - от 0,5 до 10,0°С; - Номинальное напряжение питания – 230В±10%; - Номинальная частота напряжения питания - 50±2Гц; - Общая потребляемая мощность, не более – 700Вт; - Рабочая температура - от +15 до +35°С; Комплектация аппарата ТВО-ЛАБ-12: 1. Тигель - 1 штука; 2. Датчик температуры (установлен на аппарат) - 1 штука; 3. Детектор вспышки - (установлен на аппарат) - 1 штука; 4. Спираль поджига горелки – 2 штуки; 5. Кронштейн –подставки для тигля - 1 штука; 6. Переходник под газовый баллон с нейлоновой трубкой (0,5м) - 1 штука; 7. Кабель электропитания - 1 штука; 8. Сетевые предохранители 10А – 2 штуки; 9. Стилус - 1 штука

	Требуется руководство по эксплуатации на русском языке - 1 экз.; Паспорт и сертификат качества - 1 экз.; Сертификат испытаний в РА - 1 экз.; Дата производства` 2025г.-2026г.