

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/74 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BA-E5003VG	Scitek Global Co.,Ltd	Սարքը նախատեսված է լաբորատոր, բժշկական, դեղագործական և արտադրական միջավայրերում կշռման աշխատանքների համար: Առավելագույն կշռման սահմանը պետք է կազմի առնվազն 3000 գ, իսկ նվազագույն կշռման սահմանը՝ առավելագույնը 2.5 գ: Բաժանման արժեքը չպետք է գերազանցի 0.05 գ-ը: Ճշգրտության դասը՝ առնվազն II (բարձր): Ցուցադրման եղանակը՝ LCD էկրան: Կշռման հարթակի չափերը պետք է լինեն առնվազն 184×142 մմ՝ պատրաստված մետաղից և չժանգոտվող պողպատից: Կալիբրացումը պետք է կատարվի արտաքին եղանակով: Աշխատանքային ռեժիմները պետք է ներառեն սովորական կշռում, տոկոսային կշռում, հաշվիչ ռեժիմ և տարայի հաշվառում (տարացում): Սնուցումը՝ ցանցային ադապտերով կամ ներկառուցված մարտկոցով : Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը պետք է ներառի +10°C ... +40°C տիրույթը: Սարքի արտաքին չափերը պետք է լինեն մոտ 197×230×81 մմ: Մատակարարման հավաքածուում ներառված են լաբորատոր կշեռքը, կշռման հարթակը, սնուցման ադապտերը, օգտագործման ուղեցույցը և

			Երաշխիքային կտրոնը: Սարքի համար պետք է տրամադրվի առնվազն երկու տարվա երաշխիքային շահագործման ժամկետ:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Նաևե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/74 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BA-E5003VG	Scitek Global Co.,Ltd	Սարքը նախատեսված է լաբորատոր, բժշկական, դեղագործական և արտադրական միջավայրերում կշռման աշխատանքների համար: Առավելագույն կշռման սահմանը պետք է կազմի առնվազն 3000 գ, իսկ նվազագույն կշռման սահմանը՝ առավելագույնը 2.5 գ: Բաժանման արժեքը չպետք է գերազանցի 0.05 գ-ը: Ճշգրտության դասը՝ առնվազն II (բարձր): Ցուցադրման եղանակը՝ LCD էկրան: Կշռման հարթակի չափերը պետք է լինեն առնվազն 184×142 մմ՝ պատրաստված մետաղից և չժանգոտվող պողպատից: Կալիբրացումը պետք է կատարվի արտաքին եղանակով: Աշխատանքային ռեժիմները պետք է ներառեն սովորական կշռում, տոկոսային կշռում, հաշվիչ ռեժիմ և տարայի հաշվառում (տարացում): Սնուցումը՝ ցանցային ադապտերով կամ ներկառուցված մարտկոցով : Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը պետք է ներառի +10°C ... +40°C տիրույթը: Սարքի արտաքին չափերը պետք է լինեն մոտ 197×230×81 մմ: Մատակարարման հավաքածուում ներառված են լաբորատոր կշեռքը, կշռման հարթակը, սնուցման ադապտերը, օգտագործման ուղեցույցը և

			Երաշխիքային կտրոնը: Սարքի համար պետք է տրամադրվի առնվազն երկու տարվա երաշխիքային շահագործման ժամկետ:
--	--	--	---