

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/110 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի        |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը     | ապրանքային<br>նշանը       | մակնիշը                   | արտադրողի<br>անվանումը    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                  | Էլեկտրասրտագրմ<br>ան սարք | Էլեկտրասրտագրմ<br>ան սարք | Էլեկտրասրտագրմ<br>ան սարք | Էլեկտրասրտագրմ<br>ան սարք | <p>12-ԱԼԻԶՄՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ<br/>ԷԼԵԿՏՐԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔ,<br/>ԷՍԳ. Պահանջվող ապրանքի<br/>համարժեք արտադրողներ՝<br/>EKG1212T, Edan SE-1201, Contec<br/>ECG1200G, Biocare IE12A: 1.<br/>Ընդհանուր պահանջներ. 1.1.<br/>Սարքավորումը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված, գործարանային<br/>արտադրության: 1.2. Նախատեսված<br/>լինի մեծահասակների և<br/>երեխաների ԷՍԳ<br/>հետազոտությունների համար: 1.3.<br/>Արտադրողը պետք է ունենա ISO<br/>13485 հավաստագիր: 1.4. Սարքը</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պետք է ունենա CE և/կամ FDA հավաստագիր: 2. Տեխնիկական պահանջներ. EՍԳ արտածումների քանակ՝ 12, միաժամանակյա գրանցում՝ 12 արտածում, Էկրան՝ գունավոր TFT/LCD, Էկրանի չափ՝ <math>\geq 8</math> դյույմ, սենսորային կառավարում՝ պարտադիր, ավտոմատ չափումներ՝ պարտադիր, ավտոմատ մեկնաբանություն (Interpretation)՝ պարտադիր, ներկառուցված ջերմային տափիչ՝ պարտադիր, թղթի լայնություն՝ <math>\geq 80</math> մմ, տպման ռեժիմներ՝ 3/6/12 ալիք, թղթի արագություն՝ 5, 10, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ կամ ավելի, զգայունություն՝ 2.5, 5, 10, 20 մմ/մՎ կամ ավելի, AC Filter՝ պարտադիր, EMG Filter՝ պարտադիր, Baseline Filter՝ պարտադիր, ներքին հիշողություն՝ <math>\geq 1000</math> հետազոտություն, USB միացում՝ պարտադիր, LAN միացում՝ առկա կամ ընտրովի, հիվանդի տվյալների բազա՝ պարտադիր, EՍԳ տվյալների արտահանում՝ USB կրիչ կամ համակարգիչ, ներկառուցված մարտկոց՝ պարտադիր, ինքնավար աշխատանք՝ <math>\geq 1</math> ժամ, Էլեկտրասնուցում՝ AC 100-240V,</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>50/60Hz, մուտքային դիմադրություն՝ <math>\geq 5 \text{ M}\Omega</math>, CMRR՝ <math>\geq 60 \text{ dB}</math>, ապադեֆիբրիլյացիոն պաշտպանություն՝ պարտադիր, ռուսերեն կամ անգլերեն ինտերֆեյս՝ պարտադիր: Բնութագրերը հիմնված են EKG1212T դասի սարքերի փաստացի տեխնիկական տվյալների վրա: 3.</p> <p>Մատակարարման կազմ. ԷՍԳ սարք - 1 հատ, Հիվանդի 10-լարային մալուխ - 1 հատ, Կրծքային Էլեկտրոդներ - 6 հատ, Վերջույթային Էլեկտրոդներ - 4 հատ, Էլեկտրասնուցման մալուխ - 1 հատ, USB մալուխ կամ տվյալների փոխանցման միջոց, Առնվազն 2 գլան ԷՍԳ թուղթ, Օգտագործման ձեռնարկ, Երաշխիքային քարտ: 4.</p> <p>Երաշխիք և սպասարկում.</p> <p>Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 24 ամիս, Տեղադրում և գործարկում՝ մատակարարի կողմից, Անձնակազմի ուսուցում՝ ներառված, Սպասարկման և պահեստամասերի ապահովում:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-26/110 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 2          |                           |               |       |                               |                            |