

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/43 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ֆիրմայի անվանումը	Ապրանքային նշան	Մակնիշ	Արտադրողի անվանում	Ինֆուզիոն պոմպ Բարձր ճշգրտություն՝ $\pm 5\%$ կամ ավելի ճշգրիտ Առնվազն 4.3'' գունավոր հպումային էկրան · Կրկնակի օդային պղպաղակների հայտնաբերում · Կրկնակի ճնշման հայտնաբերում · Հակաբոլուս ֆունկցիա · Դեղերի սխալների նվազեցման գործառույթ (DERS) · IP մակարդակ՝ IP34 · առնվազն 8 ժամ մարտկոցի պահուստային ժամանակը Չափսերը ոչ ավել, քան՝ 200*130*110 մմ $\pm 5\%$ Քաշը, ոչ ավել, քան՝ 1.5 կգ Էկրան՝ առնվազն 4.3 դյույմ TFT գունավոր հպումային

					Էկրան ճալվող բռնակի առկայություն Պոմպերը պետք է հնարավոր լինի իրար վրա դնել (stackable) Պայծառություն` առնվազն 1-10 մակարդակներ, կարգավորվող Ձայնի մակարդակը` առնվազն 1-10 մակարդակ, կարգավորվող Ինֆուզիոն դիսփլեյ - մեծ տառատեսակով դիսփլեյ` ինֆուզիոն հիմնական պարամետրերի հստակ պետք է երևան նույնիսկ հեռավորության վրա Պետք է ցուցադրվի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը` Համակարգի տեղեկատվություն` IV ապրանքանիշ, IV չափս, Կողպված Էկրանի կարգավիճակ (Lock screen status), ընտրված դեղամիջոցի անվանում, մարտկոցի մնացած հզորություն: Ինֆուզիոն տեղեկատվություն` Արագություն (rate), VTBI, Մնացած ժամանակ, ներարկված ընդհանուր ծավալ, իրական ժամանակում օկկյուլզիայի ճնշում, ահազանգեր: Սենսորային Էկրանի կոճակ` մեկնարկ/կանգ, բոլուս/մաքրում, մենյու Ճնշման սոնսոր` վերև և ներքև ճնշման սենսորներ Օդային պղպջակի
--	--	--	--	--	---

սենսոր՝ վերև և ներքև օդային պղպջակի սենսորներ Դռան փական (door lock) - առնվազն 2 Դռան սենսոր - առնվազն 1 Պարամետրեր՝
 Ճշգրտություն՝ արագությունը ոչ պակաս, քան՝ 1մ/ժ, Ճշգրտություն՝ ոչ ավել, քան՝ 5% Ռեժիմ՝ առնվազն 8
 ինֆուզիոն ռեժիմների առկայություն
 Արագության ռեժիմ (rate mode),
 Ժամանակի ռեժիմ, Մարմնի քաշի ռեժիմ, Կաթիլային ռեժիմ (drip mode),
 Դեղորայքի գրադարանի ռեժիմ (drug library mode), Ramp up/down ռեժիմ, Բեռնման դոզայի ռեժիմ (loading dose mode),
 Հաջորդականության ռեժիմ (sequence mode) Ինֆուզիոն արագություն՝ առնվազն 0.10-1500 մ/ժ.,
 նվազագույն քայլը՝ 0.01 մ/ժ
 Նվազագույն հոսքի արագության աճ՝ 0.1 մ/ժ (0.1-99.99մ/ժ) ; 0.1 մ/ժ (100-999.9 մ/ժ), 1 մ/ժ (1000-1500մ/ժ)
 Կաթիլային ռեժիմի միջակայքը՝ առնվազն 1-500 կաթիլ/ր. (կախված խողովակի չափից)
 Բոլուս, առնվազն՝ 0.10-1500 մ/ժ , նվազագույն քայլը՝ 0.01 մ/ժ
 Մաքրման արագությունը՝ 1500 մ/ժ
 KVO արագությունը՝ 0.00-5.0 մ/ժ

Միկրոռեժիմի տիրույթ՝ ճշգրիտ
 ներարկման/ինֆուզիոն
 կառավարում նորածինների համար,
 հատուկ դեղամիջոցներ, փոքր
 դեղաչափերի կիրառում 100-1500
 մլ/ժ VTBI - առնվազն 0.01-9999.99 մլ,
 նվազագույն քայլը՝ 0.01մլ
 Ներարկված ընդհանուր ծավալը՝
 0.00-9999.9 մլ, նվազագույն քայլը՝
 0.01մլ Մարմնի քաշը առնվազն ՝ 0.1
 -300.0 կգ Ծավալը (հեղուկի
 քանակը)՝ 0.01-99999.9
 Կոնցենտրացիայի միավոր,
 առնվազն ՝ ng/min, ng/h, ng/kg/min,
 ng/kg/h, ug/min, ug/h, ug/kg/min,
 ug/kg/h, mg/min, mg/h, mg/kg/min,
 mg/kg/h, g/min, g/h, g/kg/min, g/kg/h,
 U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, IU/min,
 IU/h, IU/kg/min, IU/kg/h, KU/min, KU/h
 KU/kg/min, KU/kg/ h, IE/min, IE/h,
 IE/kg/min, IE/kg/h, mol/min, mol/h,
 mol/kg/min, mol/kg/h, mmol/min,
 mmol/h, mmol/kg/min, mmol/kg/h,
 kcal/min, kcal/h, kcal/ kg/min,
 kcal/kg/h Դոզայի միավոր, առնվազն
 ՝ ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml,
 IU/ml, KU/ml, IE/ml, mol/ml, mmol/ ml,
 kcal/ml ժամանակը՝ 1
 ր.-99ժամ59րոպո Օդային

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					պղպջակների դետեկտորի մակարդակ - առնվազն 7 մակարդակ (50սմ-800սմ ընտրովի); Պետք է հայտնաբերի առանձին պղպջակներ (50 սմ) և կուտակված պղպջակներ Օկլուզիայի հայտնաբերում՝ 1-12 մակարդակ, ընտրովի; միջակայքը՝ 75 մմ ս.ս.-900 մմ ս.ս.: 4 ճնշման միավոր. ընտրովի կոդ՝ ՀՀԱՄԾԾԾ-ԷԱԶԱ 12Բ-2026/43 - mmHg, kPa, PSI, Bar Հակա-բլուխ (Anti bolus) Գրանցումներ - տեխնիկական հատկություններ 2000 դեղերի գրադարան Էկրանի կողպման (screen lock) մեթոդներ,
Номер лота			Предлагаемый товар		առնվազն 5000 գրանցում ներմաշն 2000 դեղերի գրադարան Էկրանի կողպման (screen lock) մեթոդներ,
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
3					առնվազն՝ ձեռքով, ավտոմատ Ավտոմատ կողպման ժամանակը՝ 15 վայրկյանից մինչև 30 րոպե՝ ըստ ընտրության: Standby ռեժիմ - միջակայք՝ 00: 01վ -99 ժամ: 59 րոպե Ահազանգեր- առնվազն ` պատկեր, ձայն, տեքստ, լույս Միացում՝ լարով , հնարավոր է նաև ավելացնել անլար մոդուլ (WiFi մոդուլ) USB առկայություն IrDA մոդուլ ավելացնելու հնարավորություն Relay ավելացնելու հնարավորություն DERS (Դոզայի սխալի նվազեցման համակարգ) - առկայություն DPS (Օկլյուզիայի

					նախա-ահագանգ և ճնշման անկման ահագանգեր) - առկայություն Մարտկոց, առնվազն՝ 7.4Վ, 2500մԱհ: Լիցքավորման ժամանակը ոչ ավել, քան՝ 2.5 ժամ Հոսանք՝ AC 100-240Վ, ,50/60Հց Որակի վկայականներ՝ CE կամ համարժեք, ISO 13485 կամ համարժեք Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 12 ամիս
--	--	--	--	--	---