ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/69 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Yonker	Yonker	E15	Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co.,Ltd.	Կարդիո ռեսպիրատոր մոնիտորներ նորածինների զարկերակից արյան ճնշումը չափելու համար հնարավորությամբ Պացիենտ մոնիտոր: Նախատեսված է մեծահասակ, մանկական և նորածնային հիվանդների համար՝ թերապևտիկ, վիրաբուժական, վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիաի բաժանմունքներում կիրառելու համար: Ունի առնվազն 15" գունավոր TFT կամ LCD էկրան, առնվազն 1024x768 լուծաչափ: Ունի միացման/աշխատանքի ինդիկատոր, ազդանշանի

						ինդիկատոր, մարտկոցի լիցքավորման ինդիկատոր: Առնվազն 3 աշխատանքային ռեժիմների կարգավորման հնարավորություն՝ ըստ ազդանշանային վիճակի: AC մուտք՝ 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz: DC՝ ներկառուցված լիցքավորվող լիթիումային կամ կիկել ջրածնային մարտկոց: Մարտկոցի հզորություն առնվազն՝ 11.1V, 5200mAh: Լիարժեք լիցքավորումից հետո առնվազն 4 աշխատանքային ժամ: Մարտկոցի լիցքի նվազման ազդանշանից հետո առնվազն 5 րոպե անխափան աշխատանքի հնարավորություն: Սարքավորման չափսերը ՝ 310×290×160 մմ (±10մմ) ամեն կողմի համար: Թրենդ գրաֆիկի աղյուսակի պահպանման հնարավորություն առնվազն 7x24 ժամ: Արյան ճնշման (NIBP) հիշողություն առնվազն 400 ցուցանիշ: Ալիքների վերանայման հնարավորություն առնվազն 100 րոպե: Ազդանշանների վերանայում առնվազն 100 դեպք: Դեղորայքի կոնցենտրացիայի վերլուծություն: ST հատվածի միջակայք՝ -2.0 mV ~ +2.0

					mV, ճշտություն՝ 0.02 mV։ Պուլսի հաճախության միջակայքը առնվազն՝ 20 ~ 300 bpm, լուծաչափություն՝ ոչ ավել, քան՝ 1 bpm, ճշտություն՝ ±3 bpm։ ԷՍԳ արտածումներն առվնազն 5 հատ (RA, LA, LL, RL, V)։ Արտածումների ռեժիմներ՝ առնվազն՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V։ Հզորացման գործակիցներ առնվազն՝ ×250, ×500, ×1000, ×2000։ Զգայունություն առնվազն 200 μV (գագաթային արժեք)։ Դիմադրություն առավելագույնը »5 MΩ։ Սրտի հաճախության միջակայք առնվազն 15–380 bpm։ Ճշտություն ±1%։ Կարգաբերման ազդանշան՝ 1mV ±5%։ Դեֆիբրիլյացիայից հետո վերականգնման ժամանակ առավելագույնը 3 վայրկյան։ Շնչառության չափման մեթոդ՝ RA-LL իմպեդանս։ Իմպեդանսի միջակայք առնվազն 0.3 ~ 3 Ω։ Հիմնային իմպեդանս առնվազն՝ 200 ~ 4000։ Թողունակություն առնվազն՝ 0.1 ~ 2.5 Hz։ Շնչառության հաճախություն առնվազն՝ մեծահասակ՝ 0 ~ 120 շ/ր, մանկական/նորածին՝ 0 ~ 150 շ/ր։ Ճշտություն՝ ±2 շ/ր։ Ասֆիքսիայի

					համար ազդանշաններ՝ ոչ ավել, քան՝ 10–40 վայրկյան։ Արյան ոչ ինվազիվ չափման մեթոդ՝ օսցիլոմետրիկ։ Ունի առնվազն մանուալ, ավտոմատ և STAT չափման ռեժիմներ։ Ավտոմատ չափման ինտերվալներ առնվազն՝ 1 ~ 480 րոպե։ STAT չափում՝ ոչ ավել, քան՝ 5 րոպե։ Չափման միջակայքներ առնվազն՝ մեծահասակ՝ SYS 40-270, DIA 10-215, MEAN 20-235 mmHg, մանկական՝ SYS 40-200, DIA 10-150, MEAN 20-165 mmHg, նորածնային՝ SYS 40-135, DIA 10-100, MEAN 20-110 mmHg։ Ճնշման ճշտություն՝ ±3 mmHg։ Առավելագույն սխալ՝ ±5 mmHg։ Ճնշման պաշտպանություն՝ մեծահասակ՝ մինչև 300 mmHg, մանկական՝ մինչև 240 mmHg, նորածնային՝ մինչև 150 mmHg։ SpO_2 չափման միջակայք՝ 0 ~ 100%։ Լուծաչափություն առավելագույնը 1%։ Ճշտություն՝ 70%-100%, ոչ ավել քան 2 միավոր։ Ջերմաստիճանի ալիքների քանակ առնվազն՝ 2։ Չափման միջակայք՝ 0°C ~ 50°C։ Լուծաչափություն՝ 0.1°C։ Ճշտություն՝ ±0.1°C (առանց

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՇԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					
					սենսորի)։ Ունի առնվազն հետևյալ պարագաները՝ NIBP թևնոց. մեծահասակի 1 հատ, նորածնի՝ 1 հատ և խողովակ 1 հատ , ԷՍԳ մալուխ 1 հատ և էլեկտրոդներ առնվազն 40 հատ, SpO_2 սենսոր 1 հատ , ջերմաչափի զոնդ 1 հատ, լիթիումային կամ նիկել ջրածնային մարտկոց 1 հատ, հոսանքի լար 1 հատ, օգտագործողի ձեռնարկ։ Որակի վկայականներ առնվազն, CE, ISO13485, SFDA Դաս IIb, Էլեկտրաշոկի պաշտպանություն՝ Class I, TEMP/SpO_2/NIBP մոդուլներ՝ BF տիպի պաշտպանություն, ECG/RESP մոդուլներ՝ CF տիպի պաշտպանություն։ Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս քան 12 ամիս։ Մատակարարը ունի անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար։