

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	վիրաբուժական լույսեր	վիրաբուժական լույսեր	վիրաբուժական լույսեր	վիրաբուժական լույսեր	Վիրաբուժական լույսեր Թևերի քանակ ≥ 2 Թևերի տրամագիծ առնվազն 700մմ/500մմ Տեղադրման մեթոդ Առաստաղին ամրացվող Լամպերի տեսակ LED Լուսավորություն (յուլքս 1մ հեռավորություն) առնվազն 180000/160000 LED երի քանակ $\geq 80/48$ Գույնի ջերմաստիճան 3000-5500 Դաշտի տրամագիծ (մմ) 100-300 Լուսավորման խորություն (մմ) ≥ 1200 Պայծառության կարգավորում 1-100 CRI ինդեքսը (%) ≥ 97 Վիրաբույժի գլխավերևում ջերմաստիճանի բարձրացում (°C)

				≤1 Վիրահատական գոտիում ջերմաստիճանի բարձրացում(°C) ≤2 Էնդո ռեժիմի լամպերի քանակ ≥8 մեկ լամպիկի հզորություն ≥1W/3V Տեղադրման բարձրություն (մմ) 2600-3000 Ստերիլիզացվող բռնակ տրամադրել 2 հատ CE կամ FDA հավաստագիր CE կամ FDA հավաստագրի առկայություն ISO 13485 հավաստագիր ISO 13485 հավաստագրի առկայություն Էլեկտրասնուցում AC 220V-240V 50/60Hz 220-240Վ, 50/60 Հց Ապահովել լույսերի տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Տրամադրել առնվազն մեկ տարվա երաշխիք Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					