

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ձեներալ Սիսթեմա ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-93/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Ավտոմատ սարք՝ բաց խառնարանում յուղի բռնկման կետը որոշելու համար ATBO-20 տեսակի - բռնկման ջերմաստիճանի չափման միջակայք՝ $+79$-ից մինչև $+400^{\circ}\text{C}$; - արտադրանքի բռնկման տեսակը՝ Էլեկտրական կայծ, գազ անհրաժեշտ չէ: - մեկ թեստի տևողությունը ոչ ավել, քան 40 րոպե; - բռնկման կետը որոշելու համար ելքային արդյունքի դիսկրետությունը 1°C է: - Արտադրանքի ջերմաստիճանի ցուցադրման լուծաչափը՝ 0.1°C կամ 0.2°C; - Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան - $+10$-ից մինչև $+35^{\circ}\text{C}$; ATBO-20 սարքի ամբողջական հավաքածուն՝ 1. Տիգել - 2 հատ, 2. Հանվող բռնակ - 1 հատ, 3. Կաթիլային սկուտեղ - 1 հատ, 4. Պահանջվում է շահագործման հրահանգ ռուսերեն լեզվով - 1 օրինակ, 5. Անձնագիր և որակի հավաստագիր - 1 օրինակ, Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ: կամ Ավտոմատ սարք՝ բաց խառնարանում յուղի բռնկման կետը որոշելու համար TBO-ЛАБ-12 տեսակի կամ համարժեք սարքավորում - Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման միջակայք՝ 0-ից մինչև $+400^{\circ}\text{C}$; - արտադրանքի բռնկման տեսակը՝ - գազ; - Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման սխալանքը - $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$; - Ջերմաստիճանի սենսորի տեսակը՝ Pt 100; - Տաքացման արագություն՝ 0.5-ից մինչև $20.0^{\circ}\text{C}/\text{րոպե}$; - Բռնկման միջակայք՝ 0.5-ից մինչև 10.0°C; - Մատակարարման անվանական լարում - $230 \text{ V} \pm 10\%$; - Մատակարարման լարման անվանական հաճախականությունը՝ $50 \pm 2 \text{ Հց}$; - Ընդհանուր էներգիայի սպառում, ոչ ավելի, քան 700 Վտ; - Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ $+15$-ից մինչև $+35^{\circ}\text{C}$; TBO-ЛАБ-12 տեսակի սարքի լրակազմը՝ 1. Տիգել - 1 հատ; 2. Ջերմաստիճանի սենսոր (տեղադրված է սարքի վրա) - 1 հատ; 3. Լուսարձակի դետեկտոր - (տեղադրված է սարքի վրա) - 1 հատ; 4. Այրիչի բռնկման պարույր - 2 հատ; 5. Հորատման համար նախատեսված ամրակ-հենարան - 1 հատ; 6. Գազի

	բալոնի ադապտեր նեյլոնե խողովակով (0.5 մ) - 1 հատ; 7. Հոսանքի մալուխ - 1 հատ; 8. 10Ա ցանցային ապահովիչներ - 2 հատ; Գրիչ - 1 հատ Պահանջվում է շահագործման հրահանգ ռուսերեն լեզվով - 1 օրինակ, 5. Անձնագիր և որակի հավաստագիր - 1 օրինակ, Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ:
--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Системс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-1000000000-93/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	