

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/12-8-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
3	MEEYI	E6201A-SG60` 1 հատ, E6301L-B11` 8 հատ, E6301L-B11 Call Handle (1 մ)` 8 հատ, E6305-SG63` 8 հատ, E6303N- SG35` 8 հատ, E6102X-TL-U1` 1 հատ	Բուժանձնակազմի հերթապահ նստավայրի հետ մշտական և անխափան լարային կապ հաստատելու և հրատապ բուժական օգնության կանչ ապահովելու համար: Համակարգը պետք է ապահովի. 1. Հիվանդասենյակներում տեղադրված հիմնական և լրացուցիչ հանգույց / զանգի կոճակների միջոցով հրատապ կանչի ազդանշանի ձևավորումը և փոխանցումը դեպի հերթապահ կենտրոնական վահանակ: 2. Հիվանդասենյակներում տեղադրված հիմնական և լրացուցիչ հանգույց / զանգի կոճակների միջոցով հրատապ կանչի ազդանշանի ձևավորումը և փոխանցումը դեպի հիվանդասենյակների շեմի վերին հատվածում տեղադրված երկգույն տազնապային արտացոլիչ: 3. Երկկողմանի ձայնային կապ հիվանդասենյակներում տեղադրված հիմնական հանգույց /զանգի կոճակի և կենտրոնական վահանակի միջև: Համակարգը պետք է կազմված լինի հետևյալ հանգույցներից. 1. Պացիենտի կանչի հիմնական հանգույցներ/ զանգի կոճակներ (консоль пациента) - 8 հատ / պատին ամրեցվող, քողարկված միացումներով, ձայնային կապի հնարավորություն ,

		կանչի և չեղարկման կոճակ, գունային ինդիկացիա, արտաքին օժանդակ լարային զանգի կոճակի միացման հնարավորություն / : 2. Պացիենտի կանչի լրացուցիչ հանգույցներ/ զանգի կոճակներ (кнопка вызова для туалетной комнаты) նախատեսված սանհանգույցներում տեղադրելու համար - 8 հատ: / պատին ամրեցվող, քողարկված միացումներով, կանչի և չեղարկման կոճակ, գունային ինդիկացիա/: 3. Պացիենտի կանչի օժանդակ լարային զանգի կոճակներ՝ նախատեսված պացիենտի կանչի հիմնական հանգույցներին լրացուցիչ միացնելու համար - 8 հատ /կոճակը ներկառուցված է ափի մեջ տեղավորվող իրանի մեջ, լարի երկարությունը՝ 1 մ, համապատասխան կցան /: 4. Հիվանդասենյակների շեմի վերին հատվածում տեղադրվող երկգույն տազնապային արտացուցիչ - 8 հատ: / պատին ամրեցվող երկգույն ԼԵԴ ինդիկատոր քողարկված միացումներով: 5. Արձագանքման և ղեկավարման կենտրոնական վահանակ - 1 հատ / լուսաձայնային ինդիկացիա և երկողմանի ձայնային կապի հնարավորություն առնվազն 12 հիվանդասենյակների համար/: 6. Համակարգի մոնիտաժման, կարգավորման և անխափան աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները՝ նեռարյալ: Համակարգի բոլոր հանգույցները պետք է լինեն նույն ապրանքանիշի և համատեղելի լինեն իրար հետ: Համակարգի մոնիտաժումը, կարգավորումը և երաշխիքային սպասարկումը (2 տարի)՝ իրականացվում է մատակարարի հաշվին և մատակարարի միջոցներով: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիք 2 տարի
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՀԱՊԶԲ-2026/12-8-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
3	MEEYI	E6201A-SG60` 1 հատ, E6301L-B11` 8 հատ, E6301L-B11 Call Handle (1 մ)` 8 հատ, E6305-SG63` 8 հատ, E6303N-SG35` 8 հատ, E6102X-TL-U1` 1 հատ	Բուժանձնակազմի հերթապահ նստավայրի հետ մշտական և անխափան լարային կապ հաստատելու և հրատապ բուժական օգնության կանչ ապահովելու համար: Համակարգը պետք է ապահովի. 1. Հիվանդասենյակներում տեղադրված հիմնական և լրացուցիչ հանգույց / զանգի կոճակների միջոցով հրատապ կանչի ազդանշանի ձևավորումը և փոխանցումը դեպի հերթապահ կենտրոնական վահանակ: 2. Հիվանդասենյակներում տեղադրված հիմնական և լրացուցիչ հանգույց / զանգի կոճակների միջոցով հրատապ կանչի ազդանշանի ձևավորումը և փոխանցումը դեպի հիվանդասենյակների շեմի վերին հատվածում տեղադրված երկգույն տազնապային արտացոլիչ: 3. Երկկողմանի ձայնային կապ հիվանդասենյակներում տեղադրված հիմնական հանգույց /զանգի կոճակի և կենտրոնական վահանակի միջև: Համակարգը պետք է կազմված լինի հետևյալ հանգույցներից. 1. Պացիենտի կանչի հիմնական հանգույցներ/ զանգի կոճակներ (консоль пациента) - 8 հատ / պատին ամրեցվող, քողարկված միացումներով, ձայնային կապի հնարավորություն ,

		կանչի և չեղարկման կոճակ, գունային ինդիկացիա, արտաքին օժանդակ լարային զանգի կոճակի միացման հնարավորություն / : 2. Պացիենտի կանչի լրացուցիչ հանգույցներ/ զանգի կոճակներ (кнопка вызова для туалетной комнаты) նախատեսված սանհանգույցներում տեղադրելու համար - 8 հատ: / պատին ամրեցվող, քողարկված միացումներով, կանչի և չեղարկման կոճակ, գունային ինդիկացիա/: 3. Պացիենտի կանչի օժանդակ լարային զանգի կոճակներ՝ նախատեսված պացիենտի կանչի հիմնական հանգույցներին լրացուցիչ միացնելու համար - 8 հատ /կոճակը ներկառուցված է ափի մեջ տեղավորվող իրանի մեջ, լարի երկարությունը՝ 1 մ, համապատասխան կցան /: 4. Հիվանդասենյակների շեմի վերին հատվածում տեղադրվող երկգույն տազնապային արտացուցիչ - 8 հատ: / պատին ամրեցվող երկգույն ԼԵԴ ինդիկատոր քողարկված միացումներով: 5. Արձագանքման և ղեկավարման կենտրոնական վահանակ - 1 հատ / լուսաձայնային ինդիկացիա և երկողմանի ձայնային կապի հնարավորություն առնվազն 12 հիվանդասենյակների համար/: 6. Համակարգի մոնիտաժման, կարգավորման և անխափան աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները՝ նեռարյալ: Համակարգի բոլոր հանգույցները պետք է լինեն նույն ապրանքանիշի և համատեղելի լինեն իրար հետ: Համակարգի մոնիտաժումը, կարգավորումը և երաշխիքային սպասարկումը (2 տարի)՝ իրականացվում է մատակարարի հաշվին և մատակարարի միջոցներով: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիք 2 տարի
--	--	---