

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Auto Hematology Analyzer with ESR BC 780	Auto Hematology Analyzer with ESR BC 780	Auto Hematology Analyzer with ESR BC 780	Mindray	Ընդհանուր արյան ավտոմատ վերլուծիչ, որը նախատեսված է ամբողջական արյան ընդհանուր հետազոտության համար՝ լեյկոցիտների տարբերակում 6 պոպուլիացիաներով՝ նեյտրոֆիլներ, լիմֆոցիտներ , մոնոցիտներ, Էոզինոֆիլներ, Բազոֆիլներ, Ոչ հասուն գրանուլոցիտներ, ինչպես նաև ռետիկուլոցիտներ և ռետիկուլյար շարքի պարամետրեր, Էրիթրոցիտների Նստեցման արագություն: Վերլուծիչը պետք է կազմված լինի մեկ բլոկից որը կկատարի վերը նշված

հետազոտությունները մեկ փորձանոթով:Վերլուծիչի թողունակությունն `արյան ընդհանուր հետազոտությունը լեյկոֆորմուլայով անվազն` 80 թեստ ժամում, արյան ընդհանուր հետազոտությունը լեյկոֆորմուլայով և ռետիկուլոցիտներով առնվազն` 45 թեստ ժամում, արյան ընդհանուր հետազոտությունը լեյկոֆորմուլայով և էրիտրոցիտների նստեցման արագությունով առնվազն ` 40 թեստ ժամում: Վերլուծիչը պետք է կատարի առնվազն` 109 հետազոտություն, որոնց մեջ պետք է ներառված լինեն առնվազն 41 հիմնական ցուցանիշներ WBC Bas# Bas% Neu# Neu% Eos# Eos% Lym# Lym% Mon# Mon% IMG# IMG% RET% RET# RHE IRF LFR MFR HFR RBC HGB MCV MCH MCHC RDW-CV RDW-SD HCT NRBC# NRBC% PLT PLT-I PLT-H PLT-O MPV PDW PCT P-LCR P-LCC IPF ESR և առնվազն 68 հաշվարկային ցուցանիշներ: Պետք է ունենա միաժանակ առնվազն 30 նմուշի բեռնման հնարավորություն:Օգտագործվող նմուշների տեսակները`

					ամբողջական արյուր, կենսաբանական հեղուկներ, մազանոթային արյուն: Վերլուծիչը պետք է ունենա Stat առաջնահերթության ֆունկցիա: Օգտագործվող նմուշի ծավալը ամբողջական արյան դեպքում առավելագույնը 25 մկլ, իսկ ամբողջական արյան և էրիտրոցիտների հետազոտության դեպքում առավելագույնը՝ 160 մկլ, նախնական նոսրացման դեպքում առավելագույնը՝ 20 մկլ: Վերլուծիչի հիշողությունը պետք է լինի առնվազն 150000 թեստ: Սարքը պետք է ունենա գունավոր հպումային կառավարումով էկրան՝ առնազն 14 դյույմ: Սարքը պետք է ունենա հետազոտությունների ռեժիմների տարբեր կոնֆիգուրացիաների միացում և անջատում առնվազն հետևյալ կոնֆիգուրացիաներով՝ CBC, CBC + ESR, CD, CD + ESR, CDR + ESR, ESR: Վերլուծիչը պետք է աշխատի առնվազն 5 ազդանյութով և մեկ լվացող հեղուկով: Սարքը պետք է ունենա՝ առնվազն 1 հատ LAN միացում, ոչ պակաս 4 հատ USB միացնելու հնարավորություն:
--	--	--	--	--	--

				Վերլուծիչը պետք է միանա LIS համակարգին: Սարքի տեղադրումը, ուսուցումը և առաջացած խնդիրների շտկումը պետք է կատարեն արտադրողի կողմից վերջին մեկ տարում վերապատրաստում անցած և սերտիֆիկացված մասնագետները: Սարքի համար պետք է տրվի 1 տարվա երաշխիք, ինչպես նաև մատակարարը պետք է կատարի առնվազն 2027 թվականի հետերաշխիքային սպասարկումը: Սարքը պետք է արտադրված լինի 2026 թվականի ընթացքում: Սարքի մատակարարումը պետք է իրականացվի պայմանագիրը կնքելուց 20 օրվա ընթացքում: ISO որակի սերտիֆիկատների առկայություն: Ավտոմատ վերլուծիչի ազդանյութերը Պետք է ունենան CE Mark (Regulation IVDR 2017/746) կամ FDA կամ համարժեք ԵԱՏՄ երկրներից որևէ մեկում բժշկական արտադրատեսակի գրանցման վկայական:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					