

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Երկակի Էներգիայի վիրաբուժական հարթակ` RF և ուլտրաձայնային	Երկակի Էներգիայի վիրաբուժական հարթակ` RF և ուլտրաձայնային	Երկակի Էներգիայի վիրաբուժական հարթակ` RF և ուլտրաձայնային	Երկակի Էներգիայի վիրաբուժական հարթակ` RF և ուլտրաձայնային	Մեկ ինտեգրված կամ մոդուլային հարթակ, որն ապահովում է առաջադեմ բիպոլյար/RF անոթային փակման և ուլտրաձայնային կտրման-կոագուլյացիայի գործառույթներ: Երկու գործիքները կարող են միացված մնալ առանձին պորտերին, իսկ ակտիվացումը կատարվում է արտադրողի կողմից թույլատրված անվտանգ կարգով: Հյուսվածքային հետադարձ կապի հիման վրա Էներգիայի ավտոմատ կարգավորում կամ գործառութային համարժեք անվտանգ կառավարման մեխանիզմ: RF գործիքով` մինչև 7 մմ

					ներառյալ անոթների փակման արտադրողի ցուցում, ոլտրաձայնային գործիքով՝ առնվազն 5 մմ (7 մմ եթե առկա է արտադրողի ցուցում): Սնուցումը՝ 100-240 VAC, 50/60 Hz: Ինքնաստուգում, սխալի/վտանգի տեսանելի և լսելի ազդանշաններ, օգտագործողին հասկանալի կառավարման միջերես: Ստերիլ, մեկ պացիենտի համար նախատեսված, 5 մմ անվանական տրամագծով RF/բիպոլյար անոթային փակման գործիքներ՝ բաց և էնդոսկոպիկ կիրառման համար: Աշխատանքային երկարությունների տեսականին՝ մոտ 230, 370 և 440 մմ կամ գործառության համարժեք կարճ/ստանդարտ/երկար տարբերակներով: Ներկառուցված մեխանիկական դանակ, հյուսվածքային հետադարձ կապով կառավարվող էներգիա և մինչև 7 մմ ներառյալ անոթների փակման արտադրողի հաստատված ցուցում: Լիարժեք համատեղելիություն առաջարկվող 5-01 հարթակի հետ: Ստերիլ, մեկ պացիենտի համար նախատեսված ոլտրաձայնային
--	--	--	--	--	---

					մկրատներ՝ փափուկ հյուսվածքների բռնման, դիսեկցիայի, կտրման և կոագուլյացիայի համար: Լիսենզի տրամագիծը՝ ոչ ավելի, քան 5.6 մմ: Աշխատանքային երկարությունների տեսականին՝ մոտ 140, 230, 360 և 450 մմ կամ գործառության համարժեք կարճ/ստանդարտ/երկար տարբերակներով: Ձեռքի և/կամ ոտնակի կառավարում, առնվազն 5 մմ անոթների փակման արտադրողի հաստատված ցուցում, իսկ 7 մմ եթե պահանջը հաստատված է արտադրողի IFU-ով: Լիարժեք համատեղելիություն առաջարկվող 5-01 հարթակի և տրանսյույունների հետ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1-244-144412P-26/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					