

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Տիգրան Քարամյան Սերգեյի» ԱԶ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/82 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	SBE Co., Ltd.	SBE Co., Ltd.	Բազմակի օգտագործման բիոպսիայի ադապտեր, նախատեսված է Canon PVT-781VTE ներխոռոչային ուլտրաձայնային տվիչի համար: Այն պետք է ապահովի ասեղի ճշգրիտ ուղղորդում ուլտրաձայնային պատկերի հարթության մեջ և նախատեսված պետք է լինի բիոպսիայի, ասպիրացիայի և այլ միջամտությունների համար: Ադապտերը պետք է ունենա ամուր մեխանիկական ամրացում, 91° ֆիքսված ուղղորդման անկյուն և համատեղելի լինի տարբեր տրամաչափի բիոպսիոն ասեղների հետ: Օրիգինալ, ամբողջությամբ նոր, արտադրված՝ 2025 կամ 2026թ.:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"Тигран Карамян Сергей" ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЦЧ-ЕЦДЦПЗР-26/82
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
9	SBE Co., Ltd.	SBE Co., Ltd.	Многоразовый адаптер для биопсии, предназначенный для внутриволокнистого ультразвукового датчика Canon PVT-781VTE. Он должен обеспечивать точное наведение иглы в плоскости ультразвукового изображения и быть разработан для биопсии, аспирации и других вмешательств. Адаптер должен иметь прочное механическое крепление, фиксированный угол наведения 91° и быть совместимым с биопсийными иглами различного калибра. оригинальный, совершенно новый, изготовленный в 2025 или 2026 году.