

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ-Ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Resonance	Resonance	r15c-T	M.R.S. SRL	Աուդիոմետր տիմպանոմետրով Նախատեսված մեծահասակների երեխաների և նորածինների օդային և ոսկրային լսողության ստուգման, ինչպես նաև տիմպանոմետրիայի համար Տիմպանոմետրիա. Տվիչի հաճախականությունները. ոչ պակաս քան. Ոչ պակաս քան հետազոտություն անցկացնելու նպատակով 2 տարբեր հաճախականությունների առկայություն 226 Հg ± 1 %, 85 դԲԱՃՄ ± 2 դԲ 1000 Հg ± 1%, 75 դԲԱՃՄ ± 2 դԲ ձևման միջակայք. 750-ից + 550 դեՊա միջակայքում

					Ճնշման ճշգրտությունը $\pm 10\%$ կամ ± 10 դեղա միջակայքում: Ծավալի միջակայքը 0,05-ից 7,0 մլ (փոխհատուցված): Համապատասխանության միջակայք՝ 1 մլ, 2 մլ, 5 մլ և 7 մլ 226 Հց հաճախականության համար: Ռեակտիվ հաղորդականության միջակայք՝ հասանելի սանդղակները՝ 5-15 միլիսիմենս Չափման ժամանակը 10 և 20 վայրկյան Ակուստիկ ռեֆլեքս. Փորձարկման հաճախականությունները 0,5, 1, 2, 4 կՀց Փորձարկման մեթոդներ իպսիլատերալ, կոնտրալատերալ: Իպսիլատերալ մակարդակը 50-ից 100 դԲ HL միջակայքում: Կոնտրալատերալ մակարդակը 50-ից 115 դԲ HL միջակայքում: Մակարդակի կարգավորումը ավտոմատ և ֆիքսված: Ռեֆլեքսային անկում. Ստանդարտ տվիչի հաճախականությունը 226 Հց $\pm 1\%$: Փորձարկման հաճախականությունները 0,5, 1, 2, 4 կՀց Իպսիլատերալ մակարդակը 50-ից 100 դԲ HL միջակայքում: Կոնտրալատերալ մակարդակը 50-ից 115 դԲ HL միջակայքում:
--	--	--	--	--	---

					Փորձարկման մեթոդները ինտակտ և «ծակոտկեն»: Ճնշման միջակայքը առնվազն - 750-ից + 550 դեՊա: Առողիոմետրիա. Փորձարկման ազդանշանները՝ սինուսային և տատանվող տոն: Փորձարկման ազդանշանների ռեժիմները՝ պուլսային և շարունակական: Օդային լսողության փորձարկման հաճախականությունները՝ 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Հց Ոսկրային լսողության թեստերի հաճախականությունները 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 Հց: Մակարդակի քայլերը 3 դԲ Օդային լսողության մակարդակի միջակայքը -10-ից 110 դԲԼՄ: Ոսկրային լսողության մակարդակի միջակայքը -10-ից 70 դԲԼՄ: Սարքի ընդհանուր բնութագրեր. Էկրանը 7 դյույմ TFT 133 պիքսել մեկ դյույմում (ppi) 262000 գույն, սենսորային կառավարմամբ: Համակարգչային ինտերֆեյսը USB: Wi-Fi ջերմային տպիչ Էլեկտրամատակարարումը 220-240 Վ ± 10 %, 50/60 Հց համապատասխան. Տիմպանոմետրիայի
--	--	--	--	--	--

					համապատասխանություն ըստ IEC 60645-5, Տիպ 2 Աուդիոմետրիայի համապատասխանություն ըստ IEC 60645-1, Տիպ 4 Անվտանգության համապատասխանություն ըստ IEC 60601-1-2 Կիրառելի մասերը. Տիմպանոմետրիայի համապատասխանություն ըստ IEC 60645-5, Տիպ 2 Համատեղելիություն Էլեկտրամագնիսական միջավայրի հետ (EMC) ըստ IEC 60601-1-2 Այլ պայմաններ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար, այդ թվում բոլոր պարագաները օդային, ոսկրային լսողության ստուգման, ինչպես նաև տիմպանոմետրիայի համար: Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485: 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով
--	--	--	--	--	---

					պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ դիմած MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ համար
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					