

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ-Ն ՇՄՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ռենտգեն սարքեր	ռենտգեն սարքեր	ռենտգեն սարքեր	ռենտգեն սարքեր	1. Ռենտգեն գեներատոր և ռենտգեն խողովակ • Սարքի տեսակ - Շարժական թվային ռենտգեն համակարգ՝ թվային հարթ պանելային դետեկտորով, աշխատանքային կայանով և պատկերների մշակման ծրագրային ապահովմամբ • Գեներատորի ելքային հզորություն - 8 կՎտ $\pm 10\%$ • Սնուցման պայմաններ - Միաֆազ AC 220Վ / 110Վ, 50/60Հց • Ինվերտորի հաճախականություն - 100 կՀց $\pm 10\%$ • Խողովակի լարման միջակայք - 40-120 կՎ • Խողովակի հոսանքի միջակայք - 3.2-125 մԱ

$\pm 10\%$ • mAs միջակայք - 0.1-250
 mAs • Ճառագայթման ժամանակ -
 1-10000 մվ • Էքսպոզիցիայի
 տեխնիկա - kV-mAs և kV-mA-ms
 ռեժիմների ընտրության
 հնարավորություն • Ռենտգեն
 խողովակ - Ստացիոնար անոդային
 ռենտգեն խողովակ, ֆոկուսային
 բիծ՝ 2.0 մմ $\pm 10\%$ • Թիրախի
 անկյուն - $15^\circ \pm 10\%$ • Ռենտգեն
 խողովակի ներքին ֆիլտրացիա -
 0.65 մմ Al $\pm 10\%$ • Սարքի
 ընդհանուր ներքին ֆիլտրացիա -
 1.85 մմ Al $\pm 10\%$ • Անոդի ջերմային
 ունակություն - 30 կՋ (42 KHU)
 $\pm 10\%$ • Նոմինալ ելքային
 հզորություն - 8 կՎտ (100 կՎ, 80 մԱ,
 0.1 վ) $\pm 10\%$ • Անմիջական (պիկ)
 հզորություն - 3 կՎԱ $\pm 10\%$ •
 Սպասման ռեժիմի հզորություն - 1
 կՎԱ $\pm 10\%$ • Էկրան - 8 դյույմ
 սենսորային $\pm 10\%$ • Էքսպոզիցիայի
 կառավարում - kV-mAs և kV-mA-ms
 ռեժիմների ընտրության
 հնարավորություն Կոլիմատոր
 (ճառագայթի դաշտի
 սահմանափակիչ) • Չափսեր
 (Ե×Լ×Բ) - 234.5 × 212 × 109.4 մմ
 $\pm 5\%$ • Քաշ - 3.3 կգ ± 0.4 կգ •

					Լուսային դաշտի լամպ - LED, 10 Վտ • Լուսավորման ժամանակաչափ - 30 ± 3 վրկ • Լույսի միացման/անջատման ֆունկցիա - Առկա է • Ներքին ֆիլտրացիա - 1.2 մմ Al @75 կՎ • Ճառագայթման դաշտ - $0 \text{ սմ} \times 0 \text{ սմ} - 45 \text{ սմ} \times 45 \text{ սմ} \pm 5\%$ (SID=100 սմ) դեպքում • Նվազագույն լուսավորություն - 100 Lux $\pm 5\%$ • Արտահոսքային ճառագայթում - $<0.5 \text{ mGy/h}$ (100 կՎ, 10 mAs) Թվային հարթ պանելային դետեկտոր • Տեխնոլոգիա - Թվային հարթ պանելային դետեկտոր, CsI սցինտիլյատորով և a-Si (ամորֆ սիլիկոն) TFT սենսորով • Ակտիվ տարածք - առնվազն 350×427 մմ $\pm 2\%$ • Ակտիվ պիքսելների մատրիցա - առնվազն 2496×3040 պիքսել • Պիքսելի չափ - Առավելագույնը 140 մկմ • Տարածական լուծաչափ - Առնվազն 3.4 lp/mm • Պատկերման ժամանակ - Առավելագույնը 5 վ • Նախադիտման ժամանակ - Առավելագույնը 3 վ • Դետեկտորի չափեր - Առնվազն $462 \times 384 \times 16$ մմ • Քաշ - $\leq$ Առավելագույնը 3.6կգ • Ռենտգեն ընդունող մակերես - Սև,
--	--	--	--	--	---

					բարձր որակի ածխածնային մանրաթել • Հետին վահանակ – Ածխածնային մանրաթել / ալյումինե համաձուլվածք • Միջանկյալ շրջանակ – Ալյումինե համաձուլվածք • Դինամիկ միջակայք – 16 բիտ, >66 դԲ • MTF – 1.0 lp/mm, >63% (Csl) • DQE (0 lp/mm) – >62% (Csl) • DQE (0.5 lp/mm) – >50% (Csl) • Տվյալների փոխանցում – Gigabit Ethernet / Wi-Fi 5G • Մարտկոց – 150×160×7.6 մմ ±2%, առնվազն 4600 mAh • Լիցքավորման ժամանակ – 3 ժամ • Սպասման ժամանակ – 8 ժամ • Մուտքային հոսանք – 100-240 VAC • Աշխատանքային ջերմաստիճան – 10-40°C • Աշխատանքային խոնավություն – 30-75% • Պահեստավորման ջերմաստիճան – -20-ից +55°C • Պահեստավորման խոնավություն – 30-93% RH Աշխատանքային կայան • CPU – Առնվազն Intel Core i5 կամ համարժեք արտադրողականության պրոցեսոր • Օպերատիվ հիշողություն – Առնվազն 16ԳԲ • Կոշտ կրիչ – Առնվազն 512ԳԲ • Օպերացիոն համակարգ –
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐՎԵՐԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом СУՍԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

					Լիցենզավորված Windows 10 Professional կամ ավելի նոր • Էկրանի չափ - Առնվազն 15.6 դյույմ • Էկրանի լուծաչափ - Առնվազն 1920×1080 Թվային պատկերի ծրագրային ապահովում • Համակարգիչ - Dell կամ HP կամ Lenovo • Պացիենտի տվյալների կառավարում - Պացիենտի տվյալների ստեղծում, պահպանում և կառավարում • Պատկերի ստացում և մշակում - Պատկերի տեխնիկական հատկությունները, ստացման, մշակման, պահպանման և դիտման գործառնությունների ապահովում • Պատկերի գործիքներ - Պատկերի պտտում, կտրում, մոխրագույնի կարգավորում, նշումներ, խոշորացում /փոքրացում և այլ հիմնական գործիքներ • Տպագրություն և հաշվետվություն - Առկա է Տպագրություն և հաշվետվություն • Պատկերի արտահանում - DICOM, PNG, BMP և JPG ձևաչափերով պատկերի արտահանում • DICOM ինտեգրում - Արտաքին PACS համակարգի, DICOM Film Printer-ի, Worklist-ի և MPPS-ի կարգավորում/միացում •
Номер лота			Предлагаемый товар		ստացում և մշակում - Պատկերի տեխնիկական հատկությունները, ստացման, մշակման, պահպանման և դիտման գործառնությունների ապահովում • Պատկերի գործիքներ - Պատկերի պտտում, կտրում, մոխրագույնի կարգավորում, նշումներ, խոշորացում /փոքրացում և այլ հիմնական գործիքներ • Տպագրություն և հաշվետվություն - Առկա է Տպագրություն և հաշվետվություն • Պատկերի արտահանում - DICOM, PNG, BMP և JPG ձևաչափերով պատկերի արտահանում • DICOM ինտեգրում - Արտաքին PACS համակարգի, DICOM Film Printer-ի, Worklist-ի և MPPS-ի կարգավորում/միացում •
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					

				Առաջադեմ գործառույթներ - Վիրտուալ dual-energy subtraction, image stitching և AI գործառույթներ • Լրացուցիչ ընտրանքներ - BMD գործառույթներ (օպցիոնալ) Սայլակ • Կառուցվածք - Շարժական կանգնակ՝ ռենտգեն ճառագայթիչի և անհրաժեշտ պարագաների տեղադրման համար • Կախիչ թևի առավելագույն բարձրություն - 1900 մմ $\pm 5\%$ Սպասարկում • Երաշխիք - Առնվազն 24 ամիս • Ձեռնարկներ - Անգլերեն, ռուսերեն կամ հայերեն Միջազգային հավաստագրեր • ISO 13485 և ISO 9001 Այլ պայմաններ Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար
--	--	--	--	--