ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ-ն ՇՄՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ռենտգեն սարքեր	ռենտգեն սարքեր	ռենտգեն սարքեր	ռենտգեն սարքեր	1. Ռենտգեն գեներատոր և ռենտգեն խողովակ • Սարքի տեսակ – Շարժական թվային ռենտգեն համակարգ՝ թվային հարթ պանելային դետեկտորով, աշխատանքային կայանով և պատկերների մշակման ծրագրային ապահովմամբ • Գեներատորի ելքային հզորություն – 8 կՎտ ±10% • Սնուցման պայմաններ – Միաֆազ AC 220Վ / 110Վ, 50/60Հց • Ինվերտորի հաճախականություն – 100 կՀց ±10% • Խողովակի լարման միջակայք – 40–120 կՎ • Խողովակի հոսանքի միջակայք – 3.2–125 մԱ

						±10% • mAs միջակայք – 0.1–250 mAs • Ճառագայթման ժամանակ – 1–10000 մվ • Էքսպոզիցիայի տեխնիկա – kV-mAs և kV-mA-ms ռեժիմների ընտրության հնարավորություն • Ռենտգեն խողովակ – Ստացիոնար անոդային ռենտգեն խողովակ, ֆոկուսային բիծ՝ 2.0 մմ ±10% • Թիրախի անկյուն – 15° ±10% • Ռենտգեն խողովակի ներքին ֆիլտրացիա – 0.65 մմ Al ±10% • Սարքի ընդհանուր ներքին ֆիլտրացիա – 1.85 մմ Al ±10% • Անոդի ջերմային ունակություն – 30 կՋ (42 KHU) ±10% • Նոմինալ ելքային հզորություն – 8 կՎտ (100 կՎ, 80 մԱ, 0.1 վ) ±10% • Անմիջական (պիկ) հզորություն – 3 կՎԱ ±10% • Սպասման ռեժիմի հզորություն – 1 կՎԱ ±10% • Էկրան – 8 դյույմ սենսորային ±10% • Էքսպոզիցիայի կառավարում – kV-mAs և kV-mA-ms ռեժիմների ընտրության հնարավորություն Կոլիմատոր (ճառագայթի դաշտի սահմանափակիչ) • Չափսեր (Ե×Լ×Բ) – 234.5 × 212 × 109.4 մմ ±5% • Քաշ – 3.3 կգ ±0.4 կգ •

					Լուսային դաշտի լամպ – LED, 10 Վտ • Լուսավորման ժամանակաչափ – 30 ±3 վրկ • Լույսի միացման/անջատման ֆունկցիա – Առկա է • Ներքին ֆիլտրացիա – 1.2 մմ Al @75 կՎ • Ճառագայթման դաշտ – 0 սմ ×0 սմ – 45 սմ ×45 սմ ±5% (SID=100 սմ) դեպքում • Նվազագույն լուսավորություն – 100 Lux ±5% • Արտահոսքային ճառագայթում – <0.5 mGy/h (100 կՎ, 10 mAs) Թվային հարթ պանելային դետեկտոր • Տեխնոլոգիա – Թվային հարթ պանելային դետեկտոր , CsI սցինտիլյատորով և a-Si (ամորֆ սիլիկոն) TFT սենսորով • Ակտիվ տարածք – առնվազն 350×427 մմ ±2% • Ակտիվ պիքսելների մատրիցա – առնվազն 2496×3040 պիքսել • Պիքսելի չափ – Առավելագույնը 140 մկմ • Տարածական լուծաչափ – Առնվազն 3.4 lp/mm • Պատկերման ժամանակ – Առավելագույնը 5 վ • Նախադիտման ժամանակ – Առավելագույնը 3 վ • Դետեկտորի չափեր – Առնվազն 462×384×16 մմ • Քաշ – ≤ Առավելագույնը 3.6կգ± • Ռենտգեն ընդունող մակերես – Սև,

						բարձր որակի ածխածնային մանրաթել • Հետին վահանակ – Ածխածնային մանրաթել / ալյումինե համաձուլվածք • Միջանկյալ շրջանակ – Ալյումինե համաձուլվածք • Դինամիկ միջակայք – 16 բիտ, >66 դԲ • MTF – 1.0 lp/mm, >63% (CsI) • DQE (0 lp/mm) – >62% (CsI) • DQE (0.5 lp/mm) – >50% (CsI) • Տվյալների փոխանցում – Gigabit Ethernet / Wi-Fi 5G • Մարտկոց – 150×160×7.6 մմ ±2%, առնվազն 4600 mAh • Լիցքավորման ժամանակ – 3 ժամ • Սպասման ժամանակ – 8 ժամ • Մուտքային հոսանք – 100–240 VAC • Աշխատանքային ջերմաստիճան – 10–40°C • Աշխատանքային խոնավություն – 30–75% • Պահեստավորման ջերմաստիճան – −20-ից +55°C • Պահեստավորման խոնավություն – 30–93% RH Աշխատանքային կայան • CPU – Առնվազն Intel Core i5 կամ համարժեք արտադրողականության պրոցեսոր • Օպերատիվ հիշողություն – Առնվազն 16ԳԲ • Կոշտ կրիչ – Առնվազն 512ԳԲ • Օպերացիոն համակարգ –

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					
					Լիցենզավորված Windows 10 Professional կամ ավելի նոր • Էկրանի չափ – Առնվազն 15.6 դյույմ • Էկրանի լուծաչափ – Առնվազն 1920×1080 Թվային պատկերի ծրագրային ապահովում • Համակարգիչ – Dell կամ HP կամ Lenovo • Պացիենտի տվյալների կառավարում – Պացիենտի տվյալների ստեղծ ում, պահպան ում և կառավար ում • Պատկերի ստացում և մշակում – Պատկերի ստացման , մշակման , պահպանման և դիտման գործառույթների ապահովում • Պատկերի գործիքներ – Պատկերի պտտում, կտրում, մոխրագույնի կարգավորում , նշումներ ,խոշորացում /փոքրացում և այլ հիմնական գործիքներ • Տպագրություն և հաշվետվություն – Առկա է Տպագրություն և հաշվետվություն • Պատկերի արտահանում – DICOM, PNG, BMP և JPG ձևաչափերով պատկերի արտահան ում • DICOM ինտեգրում – Արտաքին PACS համակարգի , DICOM Film Printer-ի, Worklist-ի և MPPS-ի կարգավոր ում/միաց ում •

					Առաջադեմ գործառույթներ – Վիրտուալ dual-energy subtraction, image stitching և AI գործառույթներ • Լրացուցիչ ընտրանքներ – BMD գործառույթներ (օպցիոնալ) Սայլակ • Կառուցվածք – Շարժական կանգնակ՝ ռենտգեն ճառագայթիչի և անհրաժեշտ պարագաների տեղադրման համար • Կախիչ թևի առավելագույն բարձրություն – 1900 մմ ±5% Սպասարկում • Երաշխիք – Առնվազն 24 ամիս • Ձեռնարկներ – Անգլերեն, ռուսերեն կամ հայերեն Միջազգային հավաստագրեր • ISO 13485 և ISO 9001 Այլ պայմաններ Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար