ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/71 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	MultiFlo FX with AMX module	BioTek	MultiFlo Fx	Agilent	1.Սարքը ավտոմատ բազմաֆունկցիոնալ համակարգ է՝ նախատեսված ռեագենտաբաշխման, միկրոպլանշետների լվացման և միջավայրի ավտոմատ փոխանակման համար։ 2.Համակարգը նախատեսված է 6-ից մինչև 1536-խցիկանի միկրոպլանշետների հետ աշխատանքի համար։ 3.Սարքը ապահովում է աշխատանքի հետևյալ ռեժիմները՝ ○դիսպենսում պերիստալտիկ պոմպերով, ○դիսպենսում ներարկիչային

					պոմպերով, ○լվացում, ○Random Access Dispense (RAD), որը թույլ է տալիս ինդիվիդուալ ակոսների մեջ հեղուկ լցնել, ○ավտոմատացված միջավայրի փոխանակում (Automated Media Exchange, AMX), ○թափահարում, ○արտածծում: 4.Սարքը ունի մոդուլային կառուցվածք և ապահովում է կոնֆիգուրացիայի ընդլայնման հնարավորություն՝ ըստ կիրառական խնդիրների: 5.Կառավարման համակարգը ներառում է ներկառուցված ծրագրային միջավայր՝ փորձարարական պրոտոկոլների ստեղծման, խմբագրման և գործարկման համար: 6.Մատակարարման կազմում ներառված է համակարգչային կառավարման ծրագիր: 7.Սարքը ունի 2 USB պորտ՝ պրոտոկոլների պահպանման/փոխանցման և արտաքին սարքերի միացման համար: ր.Լվացման ռեժիմում սարքը ապահովում է աշխատանք հետևյալ պլանշետների հետ՝ ○ստանդարտ 96- և 384-ակոսանի պլանշետներ, ○6-, 12-, 24- և

					48-ակոսանի պլանշետներ: 9.96- և 384-ակոսանի պլանշետների լվացման համար օգտագործվում է ութկանալանի մանիհոլդ: 10.Լվացման ծավալային միջակայքը 20–30,000 մկլ/ակոս, իսկ լվացման ցիկլերի քանակը՝ 1–10: 11.Լվացման համակարգը ներառում է մատակարարման և թափոնների շշեր՝ յուրաքանչյուրը 2 լիտր տարողությամբ: 12.Պերիստալտիկ դիսպենսի ռեժիմում համակարգը աջակցում է 1 × 8 տիպի մանիհոլդներին՝ 316 SS, շափյուղայով ամրացված 316 SS, պոլիպրոպիլենային ծայրերով, ինչպես նաև 1, 5 կամ 10 մկլ կասետներով: 13.Պերիստալտիկ դիսպենսի կոնֆիգուրացիան աջակցում է 1 կամ 2 պերիստալտիկ պոմպի աշխատանքին: 14.Պերիստալտիկ դիսպենսի ծավալային միջակայքը 500 նլ-ից մինչև 3,000 մկլ/ակոս՝ 1 մկլ քայլով: 15.Ներարկիչային պոմպով դիսպենսի ռեժիմում համակարգը աջակցում է՝ ●96- և 384-ակոսանի դիսպենսում՝ մեկ 16-խողովակով (2 × 8) մանիհոլդով կամ երկու

					16-խողովակով (1 × 16) մանիհոլդներով, ●1536-ակոսանի դիսպենսում՝ երկու 32-խողովակով (1 × 32) մանիհոլդներով, ●ավտոկլավացվող անհատական մանիհոլդների առկայություն 6-ից 48 ակոս պլանշետների համար։ 16.Ներարկիչային համակարգը օգտագործում է երկու դրական տեղաշարժով ներարկիչային պոմպ։ 17.Ներարկիչային դիսպենսի ծավալային միջակայքը 3–3,000 մկլ/խցիկ՝ 1 մկլ քայլով։ 18.RAD ռեժիմում համակարգը ապահովում է աշխատանք 6-, 12-, 24-, 48-, 96- և 384-ակոսանի պլանշետների, ինչպես նաև ցածր և բարձր պրոֆիլով, խորը, ՊՇՌ ֆորմատի փորփանոթների հետ։ 19.RAD ռեժիմում դիսպենսի ծավալային միջակայքը 500 նլ-ից մինչև 30,000 մկլ։ 20.AMX ռեժիմում համակարգը համապատասխանում է ANSI/SBS ստանդարտի 96- և 384-ակոսանի պլանշետների հետ աշխատանքին։ 21.AMX մոդուլը ներառում է երկու ութկանալանի ավտոկլավացվող մանիհոլդ՝ «խողովակ խողովակի մեջ» կառուցվածքով։ 22.AMX-ի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					կասետները և մանիփուղները ենթարկվում են քիմիական ստերիլացման և ավտոկլավացման: 23.Ներկառուցված shaking և soaking ռեժիմները ծրագրավորվում են մինչև 60 րոպե: Shaking-ի համար հասանելի է դանդաղ, միջին, արագ և փոփոխական ռեժիմներ: 24.Էլեկտրասնուցումը՝ 100–240 Վ AC, 50–60 Հց: 25.Պահանջվող մատակարարման կոնֆիգուրացիան ներառում է՝ ●Հիմնական սարք՝ երկմոդուլային կոնֆիգուրացիայով, մեկ պերիստալտիկ դիսպենսի պոմպով և պլաստիկ ծայրերով մեկ կասետով – 1 հատ, ●AMX մոդուլ – 1 հատ, ●երկրորդ պերիստալտիկ պոմպի մոդուլ – 1 հատ, ●AMX դիսպենսի և ասպիրացիայի մանիփուղներ, – 2 հատ, ●AMX պոմպորի կասետ, 1260035 – 2 հատ, ●5uL պերիստատիկ պոմպի կասետ – 2 հատ: 26.Մատակարարվող բոլոր մոդուլները, մանիփուղները, կասետները և պարագաները ամբողջությամբ համատեղելի են միմյանց և մատակարարվող սարքի մոդելի հետ: 27.Մատակարարման կազմում ներառված են՝ ●հիմնական

					սարքը, ●վերը նշված բոլոր մոդուլները և պարագաները, ●ծրագրային ապահովումը, ●շահագործման ձեռնարկը, ●տեխնիկական բնութագրերը և կոմպլեկտացիան հաստատող փաստաթղթերը: 28.Արտադրողը ունի ներդրված ISO 9001 որակի կառավարման համակարգ: 29.Առաջարկի մեջ ներառված են սարքավորման առաքումը, տեղադրումը, շահագործման հանձնումը, աշխատունակության ստուգումը/թեստավորումը: 30.Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս: ապահովված է հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն: