

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Biobase	Biobase	Լաբորատոր pH մետեր նախատեսված լուծույթի ջրածնային ցուցիչի (pH) չափումներ իրականացնելու համար: Սարքի pH չափման միջակայքը -2.000-ից մինչև 20.000 pH, չափման ճշգրտությունը՝ ± 0.005 pH շեղումը: Սարքավորումը ունի 0.1, 0.01, 0.001 pH ընտրովի լուծաչափ և ունի 5 կալիբրացիոն կետով կարգաբերման հնարավորություն՝ ունի երկու տեսակի ստանդարտ բուֆերային լուծույթների (USA, NIST) ավտոմատ ճանաչմամբ: Էլեկտրասնուցումը՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց հաճախականությամբ ցանցից: Մատակարարումը պարտադիր ներառում է սարքավորման օգտագործման ձեռնարկը՝ անգլերեն լեզվով: Սարքավորման հետ կներկայացվի ISO վկայական: Մատակարարը ապահովում է գործարանային երաշխիք՝ սարքի հանձնման-ընդունման պահից սկսած 12 ամիս ժամկետով: Սարքը նոր է, չօգտագործված, չվերաթողարկված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EQXQTR-26/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
22			