ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/182 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
47	Alicat BASIS BC-500C, 500 sccm	Alicat Scientific, Inc.	Գազի զանգվածային հոսքի կարգավորիչը (սարքը) նախատեսված պետք է լինի արգոնի և այլ իներտ ու ոչ կոռոզիոն գազերի զանգվածային հոսքի ճշգրիտ չափման և ավտոմատ կարգավորման համար: Սարքը պետք է աշխատի ջերմային չափման սկզբունքով և ապահովի կայուն աշխատանք ամբողջ չափման միջակայքում: Հոսքի առավելագույն չափման միջակայքը պետք է լինի 500 sccm, իսկ կարգավորման միջակայքը՝ լրիվ սանդղակի 0.2–100 %: Չափման ճշգրտությունը պետք է լինի ±0.5 % FS, կրկնելիությունը՝ ±0.5 % FS, իսկ գծայնությունը՝ ±0.2 % FS: Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված բազմագազային (Multi-Gas) գործառույթ, որը հնարավորություն կտա ընտրել և օգտագործել առնվազն 6 տարբեր գազեր՝ առանց սարքի կառուցվածքային փոփոխության: Պետք է ապահովված լինի արգոն գազի (Ar) հետ լիարժեք աշխատանքը: Կառավարումն ու տվյալների փոխանցումը պետք է իրականացվեն RS-485 (Modbus RTU) թվային ինտերֆեյսի միջոցով: Սնուցումը՝ 24 V հաստատուն լարում: Միացման կցամասերը պետք է նախատեսված լինեն 6 մմ մետաղական խողովակի

			համար: Սարքը պետք է ապահովի արագ արձագանքում, ունենա ջերմաստիճանի և ճնշման ազդեցության ավտոմատ կոմպենսացիա և նախատեսված լինի մաքուր, չոր և ոչ կոռոզիոն գազերի հետ շարունակական աշխատանքի համար: Սարքը պետք է լինի նոր, ներառի զանգվածային հոսքի կարգավորիչը, անհրաժեշտ միացման կոնեկտորը, շահագործման տեխնիկական փաստաթղթերը, գործարանային կալիբրացման վկայականը և 12 ամիս երաշխիք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/182 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
47	Alicat BASIS BC-500C, 500 sccm	Alicat Scientific, Inc.	Գազի զանգվածային հոսքի կարգավորիչը (սարքը) նախատեսված պետք է լինի արգոնի և այլ իներտ ու ոչ կոռոզիոն գազերի զանգվածային հոսքի ճշգրիտ չափման և ավտոմատ կարգավորման համար։ Սարքը պետք է աշխատի ջերմային չափման սկզբունքով և ապահովի կայուն աշխատանք ամբողջ չափման միջակայքում։ Հոսքի առավելագույն չափման միջակայքը պետք է լինի 500 sccm, իսկ կարգավորման միջակայքը՝ լրիվ սանդղակի 0.2–100 %։ Չափման ճշգրտությունը պետք է լինի ±0.5 % FS, կրկնելիությունը՝ ±0.5 % FS, իսկ գծայնությունը՝ ±0.2 % FS։ Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված բազմագազային (Multi-Gas) գործառույթ, որը հնարավորություն կտա ընտրել և օգտագործել առնվազն 6 տարբեր գազեր՝ առանց սարքի կառուցվածքային փոփոխության։ Պետք է ապահովված լինի արգոն գազի (Ar) հետ լիարժեք աշխատանքը։ Կառավարումն ու տվյալների փոխանցումը պետք է իրականացվեն RS-485 (Modbus RTU) թվային ինտերֆեյսի միջոցով։ Սնուցումը՝ 24 V հաստատուն լարում։ Միացման կցամասերը պետք է նախատեսված լինեն 6 մմ մետաղական խողովակի

			համար: Սարքը պետք է ապահովի արագ արձագանքում, ունենա ջերմաստիճանի և ճնշման ազդեցության ավտոմատ կոմպենսացիա և նախատեսված լինի մաքուր, չոր և ոչ կոռոզիոն գազերի հետ շարունակական աշխատանքի համար: Սարքը պետք է լինի նոր, ներառի զանգվածային հոսքի կարգավորիչը, անհրաժեշտ միացման կոնեկտորը, շահագործման տեխնիկական փաստաթղթերը, գործարանային կալիբրացման վկայականը և 12 ամիս երաշխիք: