

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                  |                                     |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը               | ապրանքային<br>նշանը                 | մակնիշը                             | արտադրողի<br>անվանումը              | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                  | Արիեստական<br>շնչառության<br>ապարատ | Արիեստական<br>շնչառության<br>ապարատ | Արիեստական<br>շնչառության<br>ապարատ | Արիեստական<br>շնչառության<br>ապարատ | Արիեստական շնչառության<br>ապարատ Սարքավորումն պետք է<br>ունենա՝ առնվազն հետևյալ<br>ֆունկցիաները •<br>Օժանդակ/Կանխարգելիչ ծավալի<br>ռեժիմ (A/C-V), •<br>Օժանդակ/Կանխարգելիչ ճնշման<br>ռեժիմ (A/C-P), •<br>Օժանդակ/Կանխարգելիչ ռեժիմ<br>(A/C+SIGH), • Սինխրոնացված<br>ընդհատվող պարտադիր<br>շնչառության ծավալի ռեժիմ (SIMV-<br>V), • Սինխրոնացված ընդհատվող<br>պարտադիր շնչառության ճնշման<br>ռեժիմ (SIMV-P), • |

Ինքնաբուխ/ճնշման աջակցման  
 ռեժիմ (SPONT/PSV), • Շնչողիների  
 շարունակական դրական ճնշման  
 ռեժիմ (CPAP), • Ձեռքով  
 շնչառության ռեժիմ:  
 Սարքավորումն պետք է ունենա  
 հետևյալ ցուցանիշները` •  
 Շնչառական ծավալ` 0-ից մինչև  
 առնվազն 2000 մլ, • Շնչառության  
 հաճախականություն` • 1-ից մինչև  
 առնվազն 120 շնչառություն  
 րոպեում A/C ռեժիմում; • 1-ից մինչև  
 առնվազն 40 շնչառություն րոպեում  
 SIMV ռեժիմում: • I:E  
 հարաբերակցություն` 4:1-ից մինչև  
 1:10, FiO<sub>2</sub>` նվազագույնը 40%-ից  
 մինչև 100% անընդհատ  
 կարգավորելի, • Ճնշման  
 ակտիվացուցիչի զգայունություն  
 (Psens)` առավելագույնը -20 կՊա-ից  
 մինչև 0, • Հոսքի ակտիվացման  
 զգայունություն (Vsens)` ոչ ավել 2  
 լ/րոպեից մինչև ոչ պակաս 30  
 լ/րոպե, • PEEP 0-ից մինչև ոչ պակաս  
 20 սմ H<sub>2</sub>O, բայց ոչ ավել 30 սմ H<sub>2</sub>O, •  
 Ճնշման աջակցություն (Psupp): 0-ից  
 մինչև ոչ պակաս 50 սմ H<sub>2</sub>O:  
 Սարքավորումն պետք է առկա լինեն  
 մոնիտորինգի առնվազն հետևյալ

ցուցանիշները՝ • Շնչուղիների  
 առավելագույն ճնշումը (Ppeak), •  
 PEEP՝ վերահսկվում և ցուցադրվում  
 է, • Շնչառական ծավալ (VT), •  
 Ընդհանուր շնչառական  
 հաճախականությունը (Ftotal), •  
 Րոպեական ծավալ (MV)՝  
 ցուցադրվում է լիտրերով, • FiO<sub>2</sub>  
 (մատակարարված թթվածնի  
 կոնցենտրացիա)՝ վերահսկվում և  
 ցուցադրվում է, • I:E  
 հարաբերակցությունը՝  
 վերահսկվում և ցուցադրվում է:  
 Սարքը պետք է ցուցադրի առնվազն՝  
 իրական ժամանակի ալիքներ,  
 ներառյալ ճնշում-ժամանակ (Paw-t)  
 և հոսք-ժամանակ (Flow-t) կորերը,  
 որոնք կարող են ընտրվել բլոկային  
 կամ գծային ցուցադրման ոճով:  
 Սարքումը պետք է առկա լինի  
 ահազանգման ցուցանիշների  
 առնվազն հետևյալ ռեժիմներ՝ •  
 Շնչուղիների բարձր ճնշում, •  
 Շնչուղիների ցածր ճնշում, •  
 Շարունակական բարձր ճնշում (CP  
 բարձր), • Րոպեական բարձր ծավալ  
 (MV բարձր), • Րոպեական ցածր  
 ծավալ, շնչառական ծավալ չկա (VT  
 չկա), • Ապնոե՝ տազնապը

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ակտիվանում է՝ առավելագույնը 12-18 վայրկյանի ընթացքում, • <math>\text{FiO}_2</math> բարձր, <math>\text{FiO}_2</math> ցածր, • Գազի մատակարարման խափանում՝ ակտիվանում է, երբ մատակարարման ճնշումը իջնում է՝ առավելագույնը 0.25 ՄՊա-ից ցածր, • Թթվածնի անբավարարություն, • Մարտկոցի ցածր լիցքի, • AC/արտաքին հոսանքի անջատում, • <math>\text{O}_2</math> սենսորի անբավարարություն: Սարքը պետք է ապահովի թթվածնի հոսք 0.25-0.6MPa: Հոսանքի սնուցումը 100 Վ-ից մինչև 240 Վ, 50/60 Հց, <math>\leq 65</math> ՎԱ: Սարքը պետք է ունենա՝ առնվազն 5 դյույմանոց LCD գունավոր սենսորային էկրան: Անվտանգության առավելագույն ճնշում՝ 8 կՊա: Համակարգի համապատասխանություն՝ առավելագույնը 4 մլ/100 Պա: Ներկառուցված մարտկոցը պետք է ապահովի անընդհատ աշխատանք առնվազն 4.5 ժամ: Սարքը պետք է ունենա ճմշման ու ծավալի կառավարման ռեժիմներ, ինվազիվ և ոչ ինվազիվ շնչառության հնարավորություն, SPONT/PSV և CPAP ռեժիմներ: Պետք է ունենա՝</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>794-3:1998+A2:2009, IEC<br/>62304:2006+A1:2015, IEC<br/>60601-1-2:2014: Սերտեֆիկատներ՝<br/>ISO, CE կամ համարժեք: Ապրանքը<br/>պետք է լինի նոր և չօգտագործված՝<br/>գործարանային փաթեթավորմամբ:<br/>Երաշխիքային սպասարկումը՝<br/>առնվազն 12 ամիս:</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|