

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԻԿԱՍՈՆ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ORICARE V7600	ORICARE V7600	V7600	ORICARE INC	Սարքավորումն պետք է ունենա՝ առնվազն հետևյալ ֆունկցիաները • Օժանդակ/Կանխարգելիչ ծավալի ռեժիմ (A/C-V), • Օժանդակ/Կանխարգելիչ ճնշման ռեժիմ (A/C-P), • Օժանդակ/Կանխարգելիչ ռեժիմ (A/C+SIGH), • Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր շնչառության ծավալի ռեժիմ (SIMV- V), • Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր շնչառության ճնշման ռեժիմ (SIMV-P), • Ինքնաբուխ/ճնշման աջակցման ռեժիմ (SPONT/PSV), • Շնչուղիների

շարունակական դրական ճնշման
 ռեժիմ (CPAP), • Ձեռքով
 շնչառության ռեժիմ:
 Սարքավորումն պետք է ունենա
 հետևյալ ցուցանիշները` •
 Շնչառական ծավալ` 0-ից մինչև
 առնվազն 2000 մլ, • Շնչառության
 հաճախականություն` 1-ից մինչև
 առնվազն 120 շնչառություն
 րոպեում A/C ռեժիմում; • 1-ից մինչև
 առնվազն 40 շնչառություն րոպեում
 SIMV ռեժիմում: • I:E
 հարաբերակցություն` 4:1-ից մինչև
 1:10, FiO₂` նվազագույնը 40%-ից
 մինչև 100% անընդհատ
 կարգավորելի, • Ճնշման
 ակտիվացուցիչի զգայունություն
 (Psens)` առավելագույնը -20 կՊա-ից
 մինչև 0, • Հոսքի ակտիվացման
 զգայունություն (Vsens)` ոչ ավել 2
 լ/րոպեից մինչև ոչ պակաս 30
 լ/րոպե, • PEEP 0-ից մինչև ոչ պակաս
 20 սմ H₂O բայց ոչ ավել 30 սմ H₂O), •
 Ճնշման աջակցություն (Psupp): 0-ից
 մինչև ոչ պակաս 50 սմ H₂O,
 Սարքավորումն պետք է առկա
 լինեն մոնիտորինգի առնվազն
 հետևյալ ցուցանիշները` •
 Շնչուղիների առավելագույն ճնշումը

(Ppeak), • PEEP. վերահսկվում և ցուցադրվում է, • Շնչառական ծավալ (VT), • Ընդհանուր շնչառական հաճախականությունը (Ftotal) • Բոպեական ծավալ (MV). ցուցադրվում է լիտրերով, • FiO_2 (մատակարարված թթվածնի կոնցենտրացիա). վերահսկվում և ցուցադրվում է, • I:E հարաբերակցությունը.

վերահսկվում և ցուցադրվում է:

Սարքը պետք է ցուցադրի առնվազն՝ իրական ժամանակի ալիքներ, ներառյալ ճնշում-ժամանակ (Paw-t) և հոսք-ժամանակ (Flow-t) կորերը, որոնք կարող են ընտրվել բլոկային կամ գծային ցուցադրման ոճով:

Սարքումը պետք է առկա լինի ահագանգման ցուցանիշների առնվազն հետևյալ ռեժիմներ՝

- Շնչուղիների բարձր ճնշում, •
- Շնչուղիների ցածր ճնշում, •
- Շարունակական բարձր ճնշում (CP բարձր), • Բոպեական բարձր ծավալ (MV բարձր), • Բոպեական ցածր ծավալ, շնչառական ծավալ չկա (VT չկա), • Ապնոե՝ տազնապը ակտիվանում է՝ առավելագույնը 12-18 վայրկյանի ընթացքում, • FiO_2

					բարձր, FiO_2 ցածր, • Գազի մատակարարման խափանում՝ ակտիվանում է, երբ մատակարարման ճնշումը իջնում է՝ առավելագույնը 0.25 ՄՊա-ից ցածր, • Թթվածնի անբավարարություն, • Մարտկոցի ցածր լիցքի, • AC/արտաքին հոսանքի անջատում, • O_2 սենսորի անբավարարություն: Սարքը պետք է ապահովի թթվածնի հոսք 0.25-0.6MPa: Հոսանքի սնուցումը 100 Վ-ից մինչև 240 Վ, 50/60 Հց, ≤ 65 ՎԱ: Սարքը պետք է Ունենա՝ առնվազն 5 դյույմանոց LCD գունավոր սենսորային էկրան: Անվտանգության առավելագույն ճնշում՝ 8 կՊա: Համակարգի համապատասխանություն՝ առավելագույնը 4 մլ/100 Պա: Ներկառուցված մարտկոցը պետք է ապահովի անընդհատ աշխատանք առնվազն 4.5 ժամ: Սարքը պետք է ունենա ճմշման ու ծավալի կառավարման ռեժիմներ, Ինվազիվ և ոչ ինվազիվ շնչառության հնարավորություն, SPONT/PSV և CPAP ռեժիմներ: Պետք է ունենա՝ առնվազն IPX4 ջրակայունության պաշտպանության մակարդակ:
--	--	--	--	--	--

					ISO, CE կամ համարժեք: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---