

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/15-10-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
156	RADIOMETER	Radiometer Medical ApS	Թեստ-հավաքածու՝ FLEX SC9 նախատեսված արյան գազերի վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Չափող պարամետրերը առնվազն՝ PH, PO2, PCO2, Na, K, Ca, Cl, Hct.: Հավաքածուն նախատեսված է 300 հետազոտությունների համար/հատ: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող ABL9 մոդելի (հանդիսանում է փակ համակարգ) վերլուծիչով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ FLEX SC9 թեստ հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային

			Նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "УГ" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕАХУП-2026/15-10-УП< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
156			