

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/74 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hermle	Hermle	Z206A	Hermle	Կափարիչի Էլեկտրական կողման համակարգ: Անհավասարակշռության ավտոմատ հայտնաբերման և անվտանգության անջատման համակարգ: Աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույն արագության դեպքում ≤ 60 dB: Ռոտորների արագ և հեշտ փոխարինման հնարավորություն: Հեշտ և հարմար ծրագրավորում: Նրբաթիթեղ (մեմբրանային) ստեղնաշար: Ծրագրավորված և ընթացիկ արժեքների շարունակական ցուցադրում: Արագության ցուցադրում և

				ընտրություն՝ պտույտ/րոպե (rpm) և հարաբերական կենտրոնախույս ուժ (RCF, g-force) միավորներով: Առավելագույն արագությունը՝ ոչ պակաս, քան 6000 պտույտ/րոպե (rpm): Արագության կարգավորման միջակայքը՝ ոչ պակաս, քան 200-6000 պտույտ/րոպե (rpm): Առավելագույն տարողությունը՝ ոչ պակաս, քան 6 × 50 մլ, Falcon փորձանոթների օգտագործման հնարավորությամբ: Ժամանակաչափ՝ 99 ժամ 59 րոպե, 1 րոպե կարգավորման քայլով: Օդափոխության համակարգ՝ նմուշների հովացման ապահովմամբ: Լրակազմը Ցենտրիֆուգ: Անկյունային ռոտոր 12 × 15 մլ Ադաբտորներ 6 × 7 մլ և 6 × 5 մլ փորձանոթների համար: Էլեկտրասնուցում՝ 230 V, 50/60 Hz: CE և IVD համապատասխանության հավաստագրերի առկայություն Սարքավորման երաշխիքային ժամկետը պետք է սահմանվի առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/74 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hermle	Hermle	Z206A	Hermle	Կափարիչի էլեկտրական կողպման համակարգ: Անհավասարակշռության ավտոմատ հայտնաբերման և անվտանգության անջատման համակարգ: Աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույն արագության դեպքում ≤ 60 dB: Ռոտորների արագ և հեշտ փոխարինման հնարավորություն: Հեշտ և հարմար ծրագրավորում: Նրբաթիթեղ (մեմբրանային) ստեղնաշար: Ծրագրավորված և ընթացիկ արժեքների շարունակական ցուցադրում: Արագության ցուցադրում և

				ընտրություն՝ պտույտ/րոպե (rpm) և հարաբերական կենտրոնախույս ուժ (RCF, g-force) միավորներով: Առավելագույն արագությունը՝ ոչ պակաս, քան 6000 պտույտ/րոպե (rpm): Արագության կարգավորման միջակայքը՝ ոչ պակաս, քան 200-6000 պտույտ/րոպե (rpm): Առավելագույն տարողությունը՝ ոչ պակաս, քան 6 × 50 մլ, Falcon փորձանոթների օգտագործման հնարավորությամբ: Ժամանակաչափ՝ 99 ժամ 59 րոպե, 1 րոպե կարգավորման քայլով: Օդափոխության համակարգ՝ նմուշների հովացման ապահովմամբ: Լրակազմը Ցենտրիֆուգ: Անկյունային ռոտոր 12 × 15 մլ Ադաբտորներ 6 × 7 մլ և 6 × 5 մլ փորձանոթների համար: Էլեկտրասնուցում՝ 230 V, 50/60 Hz: CE և IVD համապատասխանության հավաստագրերի առկայություն Սարքավորման երաշխիքային ժամկետը պետք է սահմանվի առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--