

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԻԱ ԱՊԸ-ն ԳՍԳՆՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Heine Optotechnik GmbH & Co KG	Heine	ML4 LED	Բինոկուլյար խոշորացույց	Գլխային LED բժշկական լուսատու 2.5x բինոկուլյար լուսայով Նպատակային օգտագործում Բժշկական զննման, ախտորոշման և վիրաբուժական միջամտությունների ընթացքում աշխատանքային դաշտի լուսավորում Լուսավորման տեխնոլոգիա LED HQ (բարձր արդյունավետության LED) Լուսավորվածություն 90 000 լյուքս (180 մմ աշխատանքային հեռավորության դեպքում) Գունային չերմաստիճան Մոտ 5500 K ± 4% Գույնի փոխանցման ինդեքս (CRI) 90 Լուսային բծի տրամագիծ

					Կարգավորվող 30-80 մմ Լուսավորման ինտենսիվության կարգավորում Անընդհատ կարգավորվող 0-100 % Լուսայի խոշորացում 2.5x Լուսայի տեսակ Քինոկոլյար, բարձր լուծաչափով ախրոմատիկ օպտիկա Աշխատանքային հեռավորություն 420 մմ (կամ համարժեք տարբերակ 340/420/520 մմ) Լուսավորման բնույթ Կենտրոնացված, ստվերագուրկ լուսավորում Գլխակալի տեսակ Էրգոնոմիկ, բազմակետ կարգավորվող գլխակալ Սնուցման աղբյուր Վերալիցքավորվող Li-Ion մարտկոց Վերալիցքավորվող մարտկոցից անընդհատ աշխատանքի տևողություն 8 ժամ Լիցքավորման ժամանակ 2 ժամում ամբողջությամբ լիցքավորվում է Սնուցման լարում 6-9 V DC Լույսի գլխիկի քաշ 70 գ Համակարգի ընդհանուր քաշ 260 գ LED-ի ծառայության ժամկետ LED աղբյուրը նախատեսված է սարքի ամբողջ շահագործման ժամկետի համար և փոխարինման կարիք պետք է չունենա: Լրացուցիչ ինստրավորություններ Լուսային բիծը
--	--	--	--	--	---

					պետք է ունենա կարգավորման հնարավորություն, անհրաժեշտության դեպքում ֆիլտրերի կիրառման հնարավորություն Գլխակալ Կարգավորվող Լիցքավորիչ Առկայություն Հավաստագրեր և համապատասխանութ-յան պահանջներ CE համապատասխանության մակնշում, Եվրոպական միության բժշկական սարքերի կանոնակարգին (EU MDR 2017/745) համապատասխանության հռչակագիր (EU Declaration of Conformity), Արտադրողի ISO 13485 որակի կառավարման համակարգի գործող հավաստագիր: IEC 60601-1-2 ստանդարտին համապատասխանություն (բժշկական Էլեկտրասարքավորումների Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն), IEC 62471 ստանդարտին համապատասխանություն (LED լուսային աղբյուրի Ֆոտոկենսաբանական անվտանգություն): 12 ամիս
--	--	--	--	--	---

					Երաշխիքային ժամկետ
--	--	--	--	--	--------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЕДИКА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9U9L7-ECXU7QF-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					