

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱԴՁԲ-26/94 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	adeor Velocity Alpha®	adeor	adeor	adeor	Կրանիոտոմի հիմք (Craniotome Base)- Սողել՝ VMN-C1, Նախատեսված համակարգ՝ adeor Velocity Alpha® High Speed Surgical Drill System, Տեխնիկական պահանջներ՝ 1. Կրանիոտոմի հիմքը պետք է նախատեսված լինի բարձր արագությամբ վիրաբուժական հորատման համակարգի կազմում նյարդավիրաբուժական կրանիոտոմիայի միջամտությունների իրականացման համար: 2. Կրանիոտոմի հիմքը պետք է ամբողջությամբ համատեղելի լինի adeor Velocity

						Alpha® High Speed Surgical Drill System-ի հետ և նախատեսված լինի տվյալ համակարգի համապատասխան կրանիոտոմի գլխիկի և Duraguard պաշտպանիչ ուղեցույցների օգտագործման համար: 3. Հիմքը պետք է ապահովի հետևյալ բաղադրիչների ամրացումն ու օգտագործումը՝ օ Craniotome Head՝ VMCH-D, օ կարճ ֆիքսված Duraguard՝ VMCH-1, կտրող լայնությունը՝ 12 մմ, օ միջին ֆիքսված Duraguard՝ VMCH-2, կտրող լայնությունը՝ 15 մմ, օ երկար ֆիքսված Duraguard՝ VMCH-3, կտրող լայնությունը՝ 22 մմ, օ կարճ պտտվող Duraguard՝ VMCH-1R, կտրող լայնությունը՝ 12 մմ, օ միջին պտտվող Duraguard՝ VMCH-2R, կտրող լայնությունը՝ 15 մմ, օ երկար պտտվող Duraguard՝ VMCH-3R, կտրող լայնությունը՝ 22 մմ: 4. Պետք է ապահովվի Duraguard-ների արագ «One-Click» միացման մեխանիզմ և հուսալի ֆիքսացիա: 5. Հիմքը պետք է ունենա անվտանգության կողպման մեխանիզմ (Safety Lock Mechanism)՝ վիրահատության ընթացքում բաղադրիչների
--	--	--	--	--	--	---

					անվտանգ ամրացումն ապահովելու համար: 6. Կրանիոտոմի հիմքը պետք է ունենա բարակ և կոմպակտ կառուցվածք՝ վիրահատական դաշտում լավ տեսանելիություն և մանևրելիություն ապահովելու նպատակով: 7. Հիմքը պետք է ապահովի ինչպես ֆիքսված, այնպես էլ պտտվող Duraguard-ների օգտագործման հնարավորություն: 8. Սարքը պետք է նախատեսված լինի բազմակի օգտագործման համար և թույլ տա մաքրման և ստերիլիզացման գործընթացների իրականացում՝ արտադրողի կողմից սահմանված հրահանգներին համապատասխան: 9. Կրանիոտոմի հիմքը պետք է օգտագործվի համապատասխան կրանիոտոմի կտրիչների հետ՝ գանգի ոսկրային հյուսվածքի վերահսկելի և անվտանգ կտրման համար: Համատեղելիության պահանջ՝ Պարտադիր պայման՝ առաջարկվող կրանիոտոմի հիմքը պետք է լինի լիովին համատեղելի adeor Velocity Alpha® High Speed Surgical Drill System համակարգի հետ և առանց լրացուցիչ ադապտերների
--	--	--	--	--	---

					հնարավորություն տա օգտագործել տվյալ համակարգի համապատասխան Craniotome Head և Duraguard բաղադրիչները: Ապրանքը նոր է չօգտագործված
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72P-26/94 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					