

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Այ-Սոլուշն ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/84 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Էլեկտրանեյրոմիոգ- րաֆիա, 4 ալիք, CMS6600B, CONTEC	EMG Equipment Electromyography Monitoring	CMS6600B	CONTEC	CMS6600B-ը 4-ալիքային PC-based EMG/EP համակարգ է և աշակցում է EMG, MCS, SCS, F-wave, H-reflex, RNS, Blink Reflex, VEP, BAEP և SEP: Նոր է, չօգտագործված, չվերականգնված, չցուցադրական: Մոդելը արտադրությունից կամ սպասարկումից հանված չէ: Ունի 4 անկախ գրանցման ալիք՝ միաժամանակյա գրանցման հնարավորությամբ: A/D փոխակերպումը՝ 16 bit: Նմուշառման հաճախականությունը՝ 200 kHz: Մուտքային դիմադրությունը 100 MΩ:

					Համապատասխանում է: CMRR`  <math>\geq 100</math> dB: EMG input noise` ≤ 4 μV Vpp: 0.5 Hz-ից մինչև 10 kHz աշխատանքային ընդգրկմամբ, 50/60 Hz notch գտիչ: Զգայունություն` 0.05 $\mu$V-20 mV/Grid:  Ժամանակային բազա - 0.1 ms/div-  ից մինչև 1 s/div Էլեկտրական  խթանման արտեֆակտի արագ  վերականգնում/ծրագրային կամ  ապարատային ճնշում և  գերբեռնվածությունից  պաշտպանություն: Ներկառուցված  կամ համակարգին ինտեգրված,  անվտանգ հաստատուն հոսանքի  խթանիչ` ձեռքի զոնդով: Խթանման հոսանքը կարգավորվող` 0.2-100  mA: Իմպուլսի տևողություն` 0.05-1.0 ms: Խթանման հաճախականություն`  0.1-50 Hz: Հոսանքի և հիմնական  քննության գործողությունների  կառավարում հատուկ  կառավարման վահանակից: Մաշկի  ջերմաստիճանի չափման սենսոր:  Արդյունքը հնարավոր է քննության  մեջ գրանցել ձեռքով: EMG  ազդանշանի իրական ժամանակի  ձայնային վերարտադրում` կարգավորվող ձայնով և
--	--	--	--	--	--

					ներկառուցված բարձրախոսով: Շարժողական NCS Շարժողական հաղորդականության արագություն, հեռավորություն/լատենտություն, CMAP ամպլիտուդ և մակերես, բազմակետ խթանում: Չգացողական NCS Չգացողական հաղորդականություն` orthodromic և/կամ antidromic մեթոդներով, SNAP չափումներ, միջինացում: Ուշ պատասխաններ F-wave և H-reflex ամբողջական արձանագրում, չափում և հաշվարկ: Լրացուցիչ NCS Inching/short-segment, blink reflex և կրկնվող նյարդային խթանում/decrement: Վեգետատիվ թեստ Sympathetic skin response (SSR/GSR)` ծրագրային ապահովմամբ կամ սարքի հիմնական փաթեթում հասանելի համարժեք մեթոդ: Ասեղային EMG Հանգստի ակտիվություն, կամային թույլ/առավելագույն կծկում, interference pattern, գրանցում և հետադարձ վերանայում: Քանակական EMG MUP/MUAP ամպլիտուդի, տևողության, փուլերի և turns/amplitude կամ համարժեք քանակական վերլուծություն:
--	--	--	--	--	---

					Արձանագրություններ Օգտագործողի կողմից խմբագրվող քննության պրոտոկոլներ, նորմատիվ/հղումային արժեքներ՝ տարիք/սեռ/ջերմաստիճան գործոնների կիրառման հնարավորությամբ: Հաշվետվություն խմբագրվող եզրակացություն, աղյուսակներ և կորագծեր, վերջնական PDF արտահանում և տպում՝ առանց լրացուցիչ տարեկան վճարի: Տվյալների պահպանում Պացիենտների տեղային տվյալների բազա, որոնում, կրկնակի քննությունների համեմատում, պահուստային պատճեն և վերականգնում: Տվյալների PDF, CSV արտահանում: Չի հաստատվել: Մշտական լիցենզիա և պարտադիր տարեկան վճարի բացակայություն չեն փաստաթղթավորվել: VEP/BAEP/SSEP ընդլայնելիության հնարավորություն: Համակարգիչ, Արտադրողի կողմից վավերացված համակարգիչ՝ 16 GB RAM, 512 GB SSD, լիցենզավորված և արտադրողի կողմից տվյալ սարքի համար աջակցվող օպերացիոն
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Ай-Солюшн в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЗ04-ЕДЗУ.Т2Р-26/84 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					համակարգով: Էկրան, 23.8 դյույմ, 1920×1080 լուծաչափ : Ստեղնաշար և մկնիկ, ինչպես նաև արտադրողի նախատեսած կառավարման միջոցներ: Բժշկական/սարքավորման կայուն շարժական սայլակ՝ արգելակվող անիվներով, մալուխների կառավարմամբ և պարագաների պահոցով: 220-240 V, 50 Hz:
Номер лота			Предлагаемый товар		Համակարգի համար
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	համապատասխան UPS՝ 1000 VA IEC 60601-1 համապատասխանություն:
2					IEC 60601-1-2
					համապատասխանություն: IEC 60601-2-40 համապատասխանություն: ISO 13485 հավաստագիր: EU Declaration of Conformity և CE/MDR: Լրակազմը ներառում է՝ 1. ԷԼՍԳ հիմնական բլոկ/բազային միավոր և 4-ալիքային ուժեղացուցիչ - 1 լրակազմ 2. Հաստատուն հոսանքի էլեկտրական խթանիչ՝ ձեռքի զոնդով և NCS հետազոտությունների համար անհրաժեշտ հիմնական կցամասերով - 1 լրակազմ 3. Արտադրողի կողմից վավերացված համակարգիչ, լիցենզավորված

					օպերացիոն համակարգ (OS), մոնիտոր, ստեղնաշար և մկնիկ - 1 լրակազմ 4. EMG/NCS անժամկետ ծրագրային լիցենզիա՝ բաժին 2-ում նշված բոլոր պարտադիր թեստերով, ներառյալ տեղադրումը, ակտիվացումը և աշխատանքային կարգաբերումը 1 լիցենզիա 5. Արտադրողի նախատեսած կառավարման միջոցներ. մասնագիտացված վահանակը - 1 լրակազմ 6. Ջերմաստիճանի սենսոր 1 հատ 7. Մակերեսային գրանցման ձողաձև (bar) էլեկտրոդներ- 2 հատ 8. Օղակաձև էլեկտրոդների զույգ - 2 զույգ 9. Հողանցման էլեկտրոդներ և բազմակի օգտագործման համապատասխան կապեր - 2 լրակազմ 10. Ասեղային EMG մալուխ/ադապտեր և միանգամյա համակենտրոն ասեղային էլեկտրոդներ՝ 2 չափով ադապտեր՝ 1, ասեղ՝ 50 հատ 11. Միանգամյա մակերեսային էլեկտրոդներ, հաղորդիչ գել/մածուկ, մաշկի պատրաստման միջոց - սկզբնական 100 քննության հաշվով 12. Բժշկական շարժական սայլակ - 1 հատ 13. UPS՝ 1000 VA - 1 հատ 14
--	--	--	--	--	---

					Տեխնիկական և օգտագործողի ձեռնարկներ՝ անգլերեն և հայերեն կամ ռուսերեն հիմնական շահագործման ուղեցույց 1 լրակազմ 15 Մինչև պատվիրատուի հասցե փոխադրում, բեռնաթափում, հավաքում, սարք-համակարգիչ կապի ապահովում, ծրագրային տեղադրում/ակտիվացում, կարգաբերում, անվտանգության ստուգում, շահագործման հանձնում և ուսուցում
--	--	--	--	--	---