

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2021/19/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | Standard Q HIV 1/2 Ab 3-Line Test | Standard Q | "Standard Q #09HIV30D" | SD Biosensor | "Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու ՄԻԱՎ-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Նախատեսված է ամբողջական արյան մեջ, արյան շիճուկում և պլազմայում ՄԻԱՎ 1-ի և ՄԻԱՎ 2-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Թեստի տեսակը կասետային: Թեստ-հավաքածուն պարունակում է հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ նոսրացնող բուֆեր, սկարիֆիկատոր, միկրոպիպետ, սպիրտային տամպոն: Թեստ-հավաքածուն պետք |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ընդգրկված է ԱՀԿ-ի կողմից նախատրակավորված թեստերի ցանկում (WHO list of prequalified in vitro diagnostic products): Պահպանման ժամկետը՝ 12 ամիս: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 60%-ի առկայություն մատակարարման պահին: ՄԻԱՎ-ի հակամարմիններ - 3-րդ սերնդի արագ թեստ"</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲՈՒՍՈՒՄ-2021/19/3
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | | | | | |