

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	EU-5300 Pro Automated Urinalysis System	EU-5300 Pro Automated Urinalysis System	EU 5300 Pro	Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd.	Սարքը կատարում է մեզի քիմիական և ռատաքիմիայի վերլուծություններ ներկառուցված մանրադիտակի շնորհիվ: Նստվածքի վերլուծություններ հիմնված է թվային պատկերների արտացոլման վրա, իսկ քիմիական վերլուծությունները կոլորիմետրիկ եղանակով: Նստվածքի պարամետրերը 50 տեսակի՝ RBCs(total), Nor-RBC, Mac-RBC, Mic- RBC, Cre-RBC, Ann-RBC, Aca-RBC, Hpd-RBC, Jag-RBC, Gho-RBC, Fra-RBC, Oab-RBC, Ani-Ratio, MorInfo-RBC, WBC, WBCC, BACT, BACTc, BACTr,

YST, SEC, NEC, Urothelial Cell, Renal Tubular Epithelial Cell, Other Epithelial Cell, Clue Cell CRYs, Crystals, CaOx, CaOx, URA, Ammonium Magnesium Phosphate Crystal, Sodium Urate Crystal, Calcium Phosphate Crystal, Amorphous Salt Crystal, Other Crystal, HYAC, UNCC, Granular Cast, Cellular Cast, Waxy Cast, Blood Cast, Crystal Cast, , Other Unclassified Cast, MUC, Sperm, SPERM, Decoy Cell, Atypical Urothelial Cell, Muddy Brown Cast, Trichomonas vaginalis: Թիմիայի պարամետրերը 14 տեսակի՝ LEU, URO, PRO, BIL, GLU, VitC, KET, NIT, pH, BLD, MCA, CRE, CA, SG: Նմուշների բեռնումը ավտոմատ շտատիվի օգնությամբ: Շտատիվներով միաժամանակյա բեռնումը 50 նմուշ + 1 նմուշ շտապ նմուշներ բեռնելու համար: Հետազոտության ռեժիմները՝ չոր քիմիա, չոր քիմիա + խոնավածք, խոնավածք: Մեկ հետազոտության համար օգտագործվող նմուշի ծավալը՝ 2.5 մլ: Վերլուծիչի թողունակությունը միայն չոր քիմիա ռեժիմում՝ 160

					թեստ/ժ, չոր քիմիա+ նստվածք ռեժիմում 70 թեստ/ժ, նստվածքի ռեժիմում 70 թեստ/ժ: Մեկ նմուշի թեստավորման տևողություն՝ 120 վրկ:Միանգամից 200 ստրիպների բեռնելու հնարավորություն: Ավտոմատ ֆոկուսավորում՝ առանց ֆոկուսավորման ռեագենտների: Հաշվարկման ալիքները՝ 2 ալիք:Սարքը աշխատում է ռեագենտով՝ նոսրացնող լուծույթով և ստրիպներով և մեկ տեսակի մաքրող լուծույթով:Վերլուծիչի մեջ ներկառուցված մանրադիտակը ունի հակավիբրացիոն համակարգ պատկերների լավ որակ ստանալու համար: Սարքը ունի LIS համակարգին միանալու հնարավորություն: Սարքը ունի 1 հատ LAN միացում, 4 հատ USB միացնելու հնարավորություն: Սարքի հետ մատակարարվելու է ցենտրիֆուգ և ջրի թորման սարք:Սարքը նոր է, չօգտագործված: Սարքի տեղադրումը, ուսուցումը և առաջացած խնդիրների շտկումը կատարելու են արտադրողի կողմից վերջին մեկ տարում վերապատրաստում անցած և
--	--	--	--	--	--

				սերտիֆիկացված մասնագետները: Սարքի համար տրվում է 1 տարվա երաշխիք, ինչպես նաև մատակարարը կատարում է 2027 թվականի հետերաշխիքային սպասարկումը: Սարքը արտադրված է 2026 թվականի II-րդ կեսում: Սարքի մատակարարումը պետք է իրականացվի պայմանագիրը կնքելուց 20 օրվա ընթացքում: ISO որակի սերտիֆիկատների առկայություն: Ավտոմատ վերլուծիչի ազդանյութերը ունեն ԵԱՏՄ երկրներից որևէ մեկում բժշկական արտադրատեսակի գրանցման վկայական:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					