

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԱԲԿ26-ԷԱՃԱՊԶԲ11/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	EXIAS Medical GmbH	e/1 Analyzer	e/1 Analyzer	EXIAS Medical GmbH	"Էլեկտրոլիտների որոշման համար նախատեսված ավտոմատ սեղանադիր վերլուծիչ՝ հետևյալ չափվող պարամետրերով՝ Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , pH, Hct, ինչպես նաև հաշվարկային պարամետրեր՝ tHb(c), $\text{HCO}_3^-(c)$, nCa^{2+} : Արյան նմուշի պահանջվող ծավալը՝ 20 մկլ: Մեկ հետազոտության կատարման տևողությունը՝ 25 վայրկյան: Սարքավորումը ամբողջությամբ աշխատում է «բոլորը մեկում» (all-in- one) քարթրիջային համակարգի միջոցով՝ առանց առանձին ռեագենտների և լրացուցիչ

համակարգերի կիրառման անհրաժեշտության: Նախատեսված է տարբեր տարողությունների քարթիջների օգտագործման համար՝ 100 , 150, 300, 600 հետազոտության համար նախատեսված քարթիջներ, որոնք հնարավորություն են տալիս քարթիջի ծավալը համապատասխանեցնել լաբորատորիայում իրականացվող հետազոտությունների քանակին և աշխատանքային ծանրաբեռնվածությանը: Հետազոտվող նմուշ՝ արյուն, շիճուկ, պլազմա , մեզ: Մեզի նմուշների հետազոտությունը իրականացվում է առանց նախնական նոսրացման: Սարքավորումը ապահովված է ներքին որակի վերահսկման (QC) սյուրեքով՝ 3 մակարդակով, որոնք հնարավորություն են տալիս վերահսկել և գնահատել հետազոտությունների արդյունքների ճշգրտությունն ու սարքավորման աշխատանքի կայունությունը: Սարքավորումը հնարավորություն ունի որակի վերահսկման արդյունքները ներկայացնելու
--

					Levey-Jennings գրաֆիկի (Levey-Jennings Chart) տեսքով: Սարքավորումը շահագործման ընթացքում չի պահանջում սպասարկում: Սարքավորումը ունի LIS համակարգին միանալու և տվյալների փոխանակման հնարավորություն: Սարքավորումը ունի CE և IVD համապատասխանություն: Մատակարարը ունի արտադրող ընկերության կողմից լիազորված և/կամ արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի վերաբերյալ անձնակազմի ուսուցումը, ինչպես նաև սարքավորման շահագործման և օգտագործման ընթացքում առաջացած տեխնիկական խնդիրների լուծումը՝ արտադրող ընկերության կողմից տրամադրված տեխնիկական փաստաթղթերին և ուղեցույցներին համապատասխան: Սարքավորումը մատակարարվում է մեր՝ մատակարարի կողմից: Սարքավորումը մատակարարման պահին նոր է, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային
--	--	--	--	--	--

					Ժամկետ՝ 12 ամիս :
--	--	--	--	--	-------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЧ26-ЕЦДЦП2Р11/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					