

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ-ն ՇՄՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Ստրեպ Ա	Strep A	BIOTEST/ ACRO	Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd 27 Tuyi Road, Cangqian street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province/ ACRO BIOTECH, INC, 9500 Seventh Street Unit M, U.S.A	Կոկորդի քսուքից (throat swab) Ա խմբի բետա-հեմոլիտիկ ստրեպտակոկի (Streptococcus pyogenes) անտիգենի որակական հայտնաբերում:Մեթոդ. Իմունոքրոմատոգրաֆիկ անալիզ (արագ/էքսպրես թեստ) (In Vitro):Արդյունքի ստացում. Ոչ ավել, քան 5-10 րոպե:Ճշգրտություն. Կլինիկական զգայունությունը՝ $\geq 97\%$, սպեցիֆիկությունը՝ $\geq 98\%$:Համատեղելիություն. Նախատեսված է ձեռքով (վիզուալ) ընթերցման և կլինիկական արագ ախտորոշման համար:Լրակազմ.

				Անհատական թեստ-կասետներ (կամ շերտեր), էքստրակցիոն ռեագենտներ (A և B բուլֆերային լուծույթներ), ստերիլ կոկորդի քսուքանմուշի ձողիկներ (swabs), էքստրակցիոն փորձանոթներ/կաթեցուցիչներ, դրական/բացասական կոնտրոլներ և ներդիր-հրահանգ:Փաթեթավորում (Քանակը տուփում). Նախատեսված ստույգ 20-50 թեստավորման համար (կամ ըստ պատվիրատուի պահանջի):Պահպանում. +2°C-ից +30°C ջերմաստիճանում (չսառեցնել):Պիտանելիության ժամկետ. Մատակարարման պահին ընդհանուր ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:Որակի չափանիշ. Միջազգային համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն (CE և/կամ ISO)
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУУЦЧ-ЕЦХЦЧЗР-26/16
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24					