

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԱՐՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-26-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
88	Արմենիա ՆԲՍ Քարտ	Արմենիա ՆԲՍ Քարտ	Պրիբորի ՕՅ	Նախատեսված է նորածինների մազանոթային արյան նմուշների հավաքման և նեոնատալ սքրինինգի լաբորատոր հետազոտության համար: Քարտն ունի նեոնատալ սքրինինգի համար նախատեսված ներծծող ֆիլտրաթուղթ՝ արյան կաթիլների հավասարաչափ ներծծումն ապահովող, առնվազն 5 նշագծված նմուշառման շրջաններով: Քարտի վրա նշված են նորածնի և նմուշի նույնականացման տվյալների լրացման դաշտերը: Միանգամյա օգտագործման է: Պետք է համապատասխանի նեոնատալ սքրինինգի համար կիրառելի միջազգային ստանդարտներին: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԱՐՄԵՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-26-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
88	Армения НБС Карт	Армения НБС Карт	Приборы ОИ	Предназначена для сбора капиллярных образцов крови у новорожденных и проведения лабораторных исследований в рамках неонатального скрининга. Карта оснащена абсорбирующей фильтровальной бумагой, предназначенной для неонатального скрининга и обеспечивающей равномерное впитывание капель крови. Должно быть предусмотрено не менее 5 маркированных зон для нанесения образцов. На карте должны быть предусмотрены поля для внесения идентификационных данных новорожденного и образца. Изделие предназначено для одноразового использования. Должно соответствовать международным стандартам, применимым к материалам и изделиям, используемым для

				проведения неонатального скрининга. Изделие должно быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент поставки должен быть обеспечен остаточный срок годности не менее 1/2 от общего установленного срока годности изделия.
--	--	--	--	--