ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-26-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
80	TOSOH	TOSOH	TOSOH Europe International NV	"Նշանակություն և կիրառություն In vitro ախտորոշիչ հսկիչ նյութ՝ նախատեսված Tosoh HLC-723G8/GX/G11/GR01 գլիկոհեմոգլոբինային անալիզատորների որակի հսկողության համար՝ HbA1c-ի քանակական չափման ստուգման նպատակով: Փաթեթավորում Level 1՝ 4 սրվակ x 0,5 մլ, Level 2՝ 4 սրվակ x 0,5 մլ. լիոֆիլիզացված մարդու արյան բջիջներ՝ HbA1c-ի երկու տարբեր մակարդակներով: Ֆորմատ՝ 1 հատ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի համար նախատեսված որակի հսկողության հավաքածու/հատ: Կիրառում՝ Վերականգնվում է 0,5 մլ մաքրված ջրով, այնուհետև նոսրացվում 51 անգամ՝ մաքրված ջրով կամ HbA1c նոսրացնող լուծույթով՝ կախված կիրառվող կալիբրատորից: Պահպանումը՝ Չբացված վիճակում՝ 2 – 8 °C, մինչև պիտակի ժամկետը:

				Բացումից/վերականգնումից հետո՝ 7 օր՝ 2 – 8 °C: Սառեցված (-20 °C) վիճակում՝ մինչև 30 օր: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ FDA, CE, IVDMD: "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-26-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
80	TOSOH	TOSOH	TOSOH Europe International NV	"Նշանակություն և կիրառություն In vitro ախտորոշիչ հսկիչ նյութ՝ նախատեսված Tosoh HLC-723G8/GX/G11/GR01 գլիկոհեմոգլոբինային անալիզատորների որակի հսկողության համար՝ HbA1c-ի քանակական չափման ստուգման նպատակով: Փաթեթավորում Level 1՝ 4 սրվակ x 0,5 մլ, Level 2՝ 4 սրվակ x 0,5 մլ. լիոֆիլիզացված մարդու արյան բջիջներ՝ HbA1c-ի երկու տարբեր մակարդակներով: Ֆորմատ՝ 1 հատ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի համար նախատեսված որակի հսկողության հավաքածու/հատ: Կիրառում՝ Վերականգնվում է 0,5 մլ մաքրված ջրով, այնուհետև նոսրացվում 51 անգամ՝ մաքրված ջրով կամ HbA1c նոսրացնող լուծույթով՝ կախված կիրառվող կալիբրատորից: Պահպանումը՝ Չբացված վիճակում՝ 2 – 8 °C, մինչև պիտակի ժամկետը:

				Բացումից/վերականգնումից հետո՝ 7 օր՝ 2 – 8 °C: Սառեցված (-20 °C) վիճակում՝ մինչև 30 օր: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ FDA, CE, IVDMD: "