

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-26-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
114	KARL STORZ	30118GK	KARL STORZ SE & Co. KG	Լապարոսկոպիկ տրոակար. Տրամագիծը՝ 4.7մմ. Երկարությունը՝ 5սմ. Պիրամիդաձև ստիլետի առկայություն. Սիլիկոնե փականի առկայություն. Կոմպլեկտ՝ Ստիլետ, կանյուլա, սիլիկոնե թերթիկով փական. Կրկնակի օգտագործման. Աշխատանքային մասի արտաքին տրամագիծը՝ առնվազն 4.5 և առավելագույնը 5.0մմ. Աշխատանքային մասի ներքին տրամագիծը՝ առնվազն 4.5 և առավելագույնը 4.8մմ. Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ առնվազն 4.8 և առավելագույնը 5.5սմ. Ինսուֆլյացիայի միացք LUER կողպամամբ. Ստերիլիզացիա գոլորշով՝ 134°C, 2 մթն, 5 րոպե. Կանյուլայի աշխատանքային մասի արտաքին մակերեսը՝ հարթ. Կանյուլայի համատեղելիություն KARL STORZ ընկերության տրոակարի ստիլետների և փականների հետ. Աշխատանքային մասի նյութը՝

				մետաղ. Աշխատանքային մասի ծայրի անկյունը՝ առնվազն 43° և առավելագույնը 47° աստիճան. Գունային մարկիրովկայի առկայություն. Ստիլետ՝ պիրամիդաձեւ ձևով. Ստիլետի համատեղելիություն KARL STORZ-ի տրոսկարի կանյուլայի և փականի հետ. Սիլիկոնե թերթիկով փական. Փականի համատեղելիություն KARL STORZ-ի տրոսկարի ստիլետի և կանյուլայի հետ. Կանյուլայի կորպուսը՝ պատրաստված պլաստիկից. Կանյուլայի և կափարիչի միացման տիպը՝ պտուտակային. Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-26-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
114	KARL STORZ	30118GK	KARL STORZ SE & Co. KG	Лапароскопический троакар Диаметр: 4,7мм. Длина: 5см. Наличие пирамидального стилета. Наличие силиконового клапана. Комплектация: стилет, канюля, клапан с силиконовой мембраной. Многоразового использования. Наружный диаметр рабочей части: не менее 4,5 мм и не более 5,0мм. Внутренний диаметр рабочей части: не менее 4,5 мм и не более 4,8мм. Длина рабочей части: не менее 4,8 см и не более 5,5см. Инсуффляционный порт с соединением Luer Lock. Стерилизация паром: 134 °С, 2 атм., 5 минут. Наружная поверхность рабочей части канюли: гладкая. Канюля должна быть совместима со стилетом и клапанами троакаров производства KARL STORZ. Материал рабочей части: металл. Угол наконечника рабочей части: не менее 43° и не более 47°. Наличие

				цветовой маркировки. Стиллет: пирамидальной формы. Стиллет должен быть совместим с канюлей и клапаном троакара производства KARL STORZ. Клапан с силиконовой мембраной. Клапан должен быть совместим со стилетом и канюлей троакара производства KARL STORZ. Корпус канюли: пластик. Тип соединения канюли с крышкой: резьбовое. Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. Гарантийный срок с момента установки должен составлять не менее 12 месяцев.
--	--	--	--	--