

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	-	-	-	-	Ասպիրատոր: Ավտոմատ չորսալիք ասպիրատոր 12Վ սնման աղբյուրով, նախատեսված օդի և գազային միջավայրի նմուշառման համար՝ օդում աղտոտող նյութերի պարունակության որոշման նպատակով: Սարքը պետք է հնարավորություն տա իրականացնել նմուշառում սանիտարական և աշխատանքային գոտու օդից, մթնոլորտային օդից, ինչպես նաև արդյունաբերական արտանետումներից: Ասպիրատորը պետք է ապահովի ինչպես փոշու, այնպես էլ քիմիական նյութերի

					նմուշառման իրականացումը՝ համապատասխանաբար ֆիլտրերի, սորբցիոն խողովակների և քիմիական կլանիչների միջոցով: Աշխատանքային ակիքների քանակը՝ 4: Առավելագույն արտադրողականությունը՝ մինչև 40 դմ³/րոպե: Պետք է նախատեսված լինի հոսքի առանձին կարգավորման հնարավորություն յուրաքանչյուր աշխատանքային ակիքի համար: Հնարավորություն՝ 1-20 դմ³/րոպե միջակայքի մեկ ռոտամետրը փոխարինելու 20-40 դմ³/րոպե միջակայքի ռոտամետրով՝ արտադրողի պատվերով: Սարքը պետք է ունենա առանց յուղի պոմպ/շարժիչ և շարժիչի հզորության կարգավորման հնարավորություն՝ աշխատանքի ընթացքում շարժիչի գերտաքացումից և ավելորդ բեռնվածությունից խուսափելու համար: Սարքը պետք է ունենա էլեկտրոնային շաբաթական ժամանակաչափ՝ մինչև 17 անկախ նմուշառման ծրագրերի սահմանման հնարավորությամբ, ինչպես նաև հետաձգված մեկնարկի գործառույթ:
--	--	--	--	--	--

					Սնուցում՝ 220 Վ AC էլեկտրական ցանցից, ինչպես նաև ներկառուցված մարտկոցից, արտաքին 12 Վ DC աղբյուրից սնուցման հնարավորություն՝ արտադրողի կողմից նախատեսված համապատասխան համալրմամբ: Շահագործման պայմանները՝ շրջակա օդի ջերմաստիճանը +10-ից մինչև +35 °C, հարաբերական խոնավությունը՝ մինչև 80 %՝ 25 °C ջերմաստիճանի դեպքում, մթնոլորտային ճնշումը՝ 84,0-106,7 կՊա (630-800 մմ սնդիկի սյուն): Սարքը պետք է ունենա համապատասխանության հայտարարագիր/դեկլարացիա՝ կիրառելի տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԱԲՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-27/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	-	-	-	-	Ասպիրատոր: Ավտոմատ չորսալիք ասպիրատոր 12Վ սնման աղբյուրով, նախատեսված օդի և գազային միջավայրի նմուշառման համար՝ օդում աղտոտող նյութերի պարունակության որոշման նպատակով: Սարքը պետք է հնարավորություն տա իրականացնել նմուշառում սանիտարական և աշխատանքային գոտու օդից, մթնոլորտային օդից, ինչպես նաև արդյունաբերական արտանետումներից: Ասպիրատորը պետք է ապահովի ինչպես փոշու, այնպես էլ քիմիական նյութերի

					նմուշառման իրականացումը՝ համապատասխանաբար ֆիլտրերի, սորբցիոն խողովակների և քիմիական կլանիչների միջոցով: Աշխատանքային ակիքների քանակը՝ 4: Առավելագույն արտադրողականությունը՝ մինչև 40 դմ³/րոպե: Պետք է նախատեսված լինի հոսքի առանձին կարգավորման հնարավորություն յուրաքանչյուր աշխատանքային ակիքի համար: Հնարավորություն՝ 1-20 դմ³/րոպե միջակայքի մեկ ռոտամետրը փոխարինելու 20-40 դմ³/րոպե միջակայքի ռոտամետրով՝ արտադրողի պատվերով: Սարքը պետք է ունենա առանց յուղի պոմպ/շարժիչ և շարժիչի հզորության կարգավորման հնարավորություն՝ աշխատանքի ընթացքում շարժիչի գերտաքացումից և ավելորդ բեռնվածությունից խուսափելու համար: Սարքը պետք է ունենա էլեկտրոնային շաբաթական ժամանակաչափ՝ մինչև 17 անկախ նմուշառման ծրագրերի սահմանման հնարավորությամբ, ինչպես նաև ինտաձգված մեկնարկի գործառույթ:
--	--	--	--	--	--

					Սնուցում՝ 220 Վ AC էլեկտրական ցանցից, ինչպես նաև ներկառուցված մարտկոցից, արտաքին 12 Վ DC աղբյուրից սնուցման հնարավորություն՝ արտադրողի կողմից նախատեսված համապատասխան համալրմամբ: Շահագործման պայմանները՝ շրջակա օդի ջերմաստիճանը +10-ից մինչև +35 °C, հարաբերական խոնավությունը՝ մինչև 80 %՝ 25 °C ջերմաստիճանի դեպքում, մթնոլորտային ճնշումը՝ 84,0-106,7 կՊա (630-800 մմ սնդիկի սյուն): Սարքը պետք է ունենա համապատասխանության հայտարարագիր/դեկլարացիա՝ կիրառելի տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--	---